

厂部ZX68 精密十进位直流电阻箱（保修六年 终身维护）

产品名称	厂部ZX68 精密十进位直流电阻箱（保修六年 终身维护）
公司名称	富阳精密仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:直流电阻箱 品牌:FM
公司地址	新登镇双江
联系电话	3253615 18968133506

产品详情

加工定制：是
型号：zx68精密

类型：直流电阻箱
测量范围：0~111111.0（ ）（
）

品牌：富阳精密

准确度等级：0.01

外形尺寸：308×235×148
mm³（mm（mm）

适用范围：适合工厂、学校和科研
规格：308×235×148 mm³（mm
单位作测量及其它实验用

、用途

zx68精密十进位直流电阻箱用于直流电路中作精密调节电阻用，或作检定电阻温度计的标准量具用，适合工厂、学校和科研单位作测量及其它实验用。

二、主要技术指标

- 1、六只读数盘均在零位时，阻值为（ 10 ± 0.5 ）m 。
- 2、最小步进值为0.1 。
- 3、电阻箱调节范围：0.1~111111.0 。
- 4、电阻箱的参考温度和标称温度应符合以下规定：

参数范围： 20 ± 0.5

标称范围： 20 ± 5

5、电阻箱的参考相对湿度和标称相对湿度范围应符合规定：

参考范围：40% ~ 60%

标称范围：25% ~ 75%

6、电阻箱的参考功率，标称功率由表一规定：

表一：

十进盘 ()	× 10000	× 1000	× 100	× 10	× 1	× 0.1
参考功率	各0.033w					
标称功率	各0.083w					

7、温度、相对湿度及功率在参考条件下，每只十进读数盘的准确度应符合表要求：

十进盘 ()	× 10000	× 1000	× 100	× 10	× 1	× 0.1
准确度 (%)	± 0.01			± 0.05	0.2	1

8、温度和功率在参考条件下，相对湿度超过参考范围，但在标准范围之内。由于相对湿度变化引起的附加误差不超过相应一个等级指数值。

9、相对湿度和功率在参考条件下，温度超过参考范围，但在标称范围之内，由于温度变化引起的附加误差率差不超过相应一个等级指数值。

10、温度和相对湿度在参考条件下，功率超过参考功率范围，但在标称功率范围之内，由于功率变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值。

11、电阻箱的电路与外壳上金属饰件之间的绝缘电阻应大于500m 。

12、电阻箱的电路与外壳上金属饰件之间应能耐受45 ~ 65hz交流电压2000v，历时一分钟的试验不击穿。

13、外形尺寸：308 × 235 × 148 mm³

本产品的加工定制是是，类型是直流电阻箱，品牌是FM，型号是ZX68精密十进位直流电阻箱，测量范围是0 ~ 111111.0 ()，准确度等级是0.01%，外形尺寸是308 × 235 × 148mm³ (mm)，适用范围是工厂、学校和科研单位