

# RBV-4型 融变时限检查仪 药物行业专用

产品名称	RBV-4型 融变时限检查仪 药物行业专用
公司名称	济南启科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:融变时限检查仪 品牌:XinZhou/鑫洲 型号:RBV-4
公司地址	济南市槐荫区段北办事处八里桥居91号
联系电话	053185966860

## 产品详情

### rbv-4型融变时限检查仪

rbv-4型融变时限检查仪，是根据《中华人民共和国药典》中关于“栓剂融变时限检查法”的要求而设计生产的机电一体化产品。用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。rbv-4型自动融变时限检查仪采用单片微机控制恒温水浴，具有精确时限控制，计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能。操作简单，性能优良，完全符合药典的规定。

#### 技术指标

1/水浴控温精度：37 ± 0.3

2/温度预定范围：30~45

3/套筒：直径52mm /高度60mm

4/金属架：直径50mm/孔径4mm/板距30mm

5/时限选择（三种）

p1：运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次

p2：运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次

p3：运行30分钟，金属架不翻转

6/烧杯容积：5升（标配3只烧杯）

7/加热功率：1300w

8/电源：220v ± 10%，50hz

本产品的类型是融变时限检查仪，品牌是XinZhou/鑫洲，型号是RBY-4，检测精度是5分钟 ± 1秒，温度预定范围是30~45，套筒是直径52mm/高度60mm，水浴控温精度是37 ± 0.3