

CS9950CX/CS9950DX大电流程控接地电阻测试仪|长盛大电流接地电阻

产品名称	CS9950CX/CS9950DX大电流程控接地电阻测试仪 长盛大电流接地电阻
公司名称	东莞市清溪舒克电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:安全参数测试仪 品牌:南京长盛
公司地址	广东东莞市清溪天众电子城
联系电话	86 0769 33697799/33697766 13827221557

产品详情

尊敬的客户

欢迎光临舒克电子仪器，我公司专业销售led测试设备/功率计/电子负载/emi/emc/温度记录仪及个
种试验设备，欢迎来电咨询舒克仪器真情为您服务。

电话：13827221557/13711991048

qq:313007846/215885143

型号		cs9950cx/cs9950dx	
gr	输出电流	范围	3.0a ~ 40.00a/cs9950cx
		精度	3.0a ~ 60.00a/cs9950dx
		分辨率	± (2% 读值+0.2a)
	最大输出电流		0.1a
电阻上限 设定值	范围	40a/cs9950cx	60a/cs9950dx
	精度	(10.0 ~ 510.0)m	rset=(30a/iset) x 150.0 m
	分辨率		0.1 m
电阻上限设定 值	范围	(0.0 ~ 510.0) m	0 = disable rset=(30a/iset) x 150.0 m
	精度		0.1 m
	分辨率		0.1 m /setp

	输出波形	正弦波
	测试时间	0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
电流	测量范围	1.00a ~ 60.00a
	分辨率	0.01a
	精度	$\pm (2\% \text{读值} + 0.2a)$
	显示值	均方根值
电阻	范围	0 ~ 510m
	精度	电流<5.00a时为 $\pm (3\% \text{读值} + 3m)$ 电流 5.00a时为 $\pm (2\% \text{读值} + 2m)$
	分辨率	0.1m
	测量法	四端法
计时器	范围	0 ~ 999.9s
	分辨率	0.1s
	精度	$\pm (0.1\% + 50ms)$

本产品的加工定制是是，类型是安全参数测试仪，品牌是南京长盛，型号是CS9950CX/CS9950DX，测量范围是3.0A ~ 40.00A/CS9950CX，精确度是 $\pm (2\% \text{读值} + 0.2A)$ ，仪表尺寸是5 (mm)，适用范围是电器，仪表重量是5 (kg)，工作电源是220 (V)，规格是1