

HP631湿化瓶性能测试仪 肺水肿湿化瓶泄露与耐压强度仪

产品名称	HP631湿化瓶性能测试仪 肺水肿湿化瓶泄露与耐压强度仪
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	工作范围:0-1000KPa 压力精度:± 1%; 计时精度:< 0.1% ;
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

HP631湿化瓶性能测试仪,肺水肿湿化瓶泄露与耐压强度仪,氧气湿化瓶泄漏检测仪

湿化瓶泄露与耐压强度仪又叫湿化瓶性能测试仪，适用于个各种湿化瓶泄露与耐压强度测试。也可以在实验过程中做压力释放试验。氧气湿化瓶由湿化瓶体、湿化液和连接接头组成；湿化瓶体为一体注塑成型，包含进气口、出气口及储水瓶身；湿化瓶体采用符合YY/T 0114-2008中规定的聚乙烯(PE)材料制成；连接接头采用符合YY/T 0242-2007中规定的聚丙烯(PP)材料制成。该机也叫湿化瓶泄漏性测试仪、湿化瓶耐压强度测试仪、湿化瓶性能测试仪、氧气湿化器瓶泄漏耐压强度正压测试仪、氧气湿化瓶泄漏检测仪

一、湿化瓶泄露与耐压强度仪满足标准：

符合YY/T 1610-2018医用氧气湿化器的规定。

二、湿化瓶泄露与耐压强度仪项目要求：

1、湿化瓶泄漏性

湿化瓶各个部分在200kPa压力作用下，各连接处应无泄漏。

2、湿化瓶耐压强度

湿化瓶各个部分应能承受400kPa，历时1min，应无破裂现象发生。

3、如果有压力释放装置，检测试验条件下，压力释放装是否开启。

HP631湿化瓶性能测试仪,肺水肿湿化瓶泄露与耐压强度仪,氧气湿化瓶泄漏检测仪产品特点

1、微电脑控制、大触摸屏幕显示、中文菜单设置，直观，操作方便

2、数字预置试验流量

3、带打印功能，配置微型高速打印机

四、技术参数

1.工作范围：0-1000KPa

2.压力精度：± 1%;

3.计时精度：< 0.1% ;

4.时间调节范围：0-999秒；

5.电源:220V,5A,50Hz

6.仪器工作电压：220v

7.气源要求：0~ 2MPa可调（用户自备）

8.主机尺寸：570 × 400 × 200mm（长 × 宽 × 高）

HP631湿化瓶性能测试仪,肺水肿湿化瓶泄露与耐压强度仪,氧气湿化瓶泄漏检测仪试验界面：

配置：主机、测试架、水箱。