

SYD-2801C针入度试验器（带恒温浴）/测定仪/分析仪（上海昌吉）

产品名称	SYD-2801C针入度试验器（带恒温浴）/测定仪/分析仪（上海昌吉）
公司名称	东营区东升化工产品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海昌吉 型号:SYD-2801C
公司地址	中国 山东 东营市东营区 东营区北二路广利河桥东路北
联系电话	86-05468797227 15066067321

产品详情

本仪器是根据中华人民共和国标准gb/t4509《石油沥青针入度测定法》、gb/t269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》及中华人民共和国行业标准jtj052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程中的t0604《沥青针入度试验》中的技术要求和有关规定设计制造的，主要适用于沥青针入度的测试和润滑脂（或石油脂）锥入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。

一、主要技术特点

- 1、采用数字显示器显示针入度值，直观醒目。
- 2、针入时控装置共有6档，控时精度高。
- 3、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。
- 4、配有捣脂器、恒温浴，水浴温度自动控制，一机多用，仪器的性价比高。

二、主要技术参数及指标

- 1、测量范围： 0~600针入度；
- 2、针入时控装置： 可分别选择5、8、10、12、30、60秒，时间误差小于 ± 0.1 秒；
- 3、分辨率 0.01mm；

- 4、针入精度： ± 1 针入度；
- 5、加热器功率： 200w；
- 6、控温精度： 25 ± 0.1 （注：环境温度应不高于20 ）；
- 7、控温方式： 高精度数字温控仪；
- 8、恒温浴： 为硬质玻璃缸；
- 9、搅拌： 磁力搅拌珠自动搅拌；
- 10、标准针： $2.5 \pm 0.05g$, 符合gb/t4509、t0604的规格要求；
- 11、标准锥体： $102.5 \pm 0.05g$, 符合国家标准gb/t269的规格要求；
- 12、升降支架： 粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面；
- 13、其它： 配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。

三、选配件

- 1、标准针： 本公司最新研制产品。
- 2、其它锥体： $1/2$ 锥体， $1/4$ 锥体。

本产品的加工定制是否，品牌是上海昌吉，型号是SYD-2801C，测量范围是0~600针入度；，测量精度是 25 ± 0.1 ，分辨率是0.01mm；，电源电压是200W；，用途是适用于沥青针入度的测试和润滑脂（或石油脂）锥入度的测试.使用广泛