

沥青针入度仪 沥青仪器 SZR—5型全自动数显针入度仪

产品名称	沥青针入度仪 沥青仪器 SZR—5型全自动数显针入度仪
公司名称	沧州路达建筑仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沧州路达 型号:SZR-5 测量范围:0-600
公司地址	河北省沧州市献县准镇工业区
联系电话	暂无

产品详情

沥青针入度仪szr—5型 全自动数显针入度仪

全自动沥青针入度简介：符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》jtj052-2000标准，该仪器具有自动控时，自动针入等记录针入值，其特点：针及连杆易于装拆，方便检验其质量，针入数据，采用位移传感器检测，能自动显示并记录测试结果，试验完毕，自动计算平均值，并配有聚光灯，更方便观察针尖与试样表面接触情况。 电脑沥青针入度仪，沥青针入仪，沥青针度测定仪用途：该仪器主要用于测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，及液体石油沥青，沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。沥青的针入度是在规定的时间和温度下，附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。全自动沥青针入度主要技术指标：1、最小分度：0.01mm2、最大量程：40mm
误差：0.04mm3、针连杆、砝码、标准针合重：100±0.05g
150±0.05g4、四位液晶显示5、电源电压：220v/50hz随机配试杯，玻璃水槽

电脑沥青针入度仪，沥青针入仪，沥青针度测定仪的使用注意事项1.使用 设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。2.初次使用 设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。3.实验时使用的仪器设备器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。4.电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。5.使用 设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。6.光学化学仪器及其配件，使用时要轻拿轻放，防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时，不得用手或抹布擦试，必须使用专用品或专用工具清除。7.设备不宜在磁场或电场中操作使用，必须采取屏蔽措施，防止仪器设备损坏或降低测量精度。8.机械类仪器设备，使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑，用后擦试干净

本产品的品牌是沧州路达，型号是SZR-5，测量范围是0-600，测量精度是0.01mm，外观尺寸是500*300*700（mm），产品用途是测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，及液体石油沥青，沥青材料经蒸馏或乳化后

的残留物的针入度，加工定制是是，外观是固体沥青，规格是JTJ052-2000标准