

HLC200/200A 手持式空气粒子计数器

产品名称	HLC200/200A 手持式空气粒子计数器
公司名称	江门市新会区会城科源五金机械装配加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DWYER 型号:HLC200/200A
公司地址	广东江门市新会区今古州宝源路20号
联系电话	86 0750 6363428 13924353383

产品详情

测试粒径	常用粒径为：0.3 μm 可调粒径为：0.5 μm，0.7 μm，1.0 μm，2.0 μm，3.0 μm，5.0 μm，10.0 μm；（10.0 μm只有cj-hlc200a才具有的粒径）
测试范围	10级~30万级
重复性	相对标准偏差 ±10%
粒径准确度	相对误差 ±10%
光源	采用激光二极管作为传感器的光源
流量	2.83 升/分（0.1cfm）（误差 ±5%）
最大采样时间	59分59秒
接口	串口（外置打印机接口）
自净时间	10min
计数超限报警	依照iso 14644-1标准，可设置
计数模式	累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式
显示	液晶128×64, 4行×8个（中文）
数据存储	最大存储量为999组数据
电源	ni-mh电池（6.0v/3300mah）或ac适配器（输入：180~240v，输出：9v/1000ma）
电池工作时间	连续测试时间约为8小时（ni-mh电池）
外形尺寸	95（w）×180（h）×65（d）mm
重量	约950g（含电池）
工作环境温度	5~45 相对湿度：90%
标准附件	ac适配器、自净过滤器、等动力采样头、手提箱
选件	三角架、打印机（含电缆）、外置温湿度传感器

本产品的加工定制是是，品牌是DWYER，型号是HLC200/200A，类型是激光粒度仪，测量范围是0.3-10（um），测量准确度是 ±10%（%），测量重复性是 ±10%（%）