SY-2型压力泌水仪 上海雷韵

产品名称	SY-2型压力泌水仪 上海雷韵
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海雷韵 型号:SY-2型
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

产品详情

一、价格公道、品质最好、客户第一
二、专业的试验仪器供应商，公司自产自销，真正做到，把利润让给客户。
三、经国家认证体系认证的售后服务体系，让您真正做到无忧无虑

一、产品概述： 主要是测定泵送混凝土在一定压力状态下的泌水量，进而计算泌水率及压力泌水率比的专用仪器。用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便，其各项技术指标符合国家jc473-92标准。该仪器主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。

二、主要技术参数 型号：sy-2 压力表最大量程：6mpa 最 小分度离 值：不大于0.1 mpa
缸体内径：125±0.02mm 缸体内高：200±0.2mm 工作活塞直径：125mm 工作活塞压强：3.2mpa
筛网孔径：0.315mm 净　重：≈20kg

三、使用 1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头。 2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa(压力表显示值），此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa. 3、当油压达到30mpa时，立即打开泌水阀门，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量v1和v140、作为计算泌水率的基本数据。 4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束。

一、用途

混凝土压力泌水仪是测试泵送砼在一定压力状态下的泌水量，并进而计算泌水率比的专用仪器，我厂生产的sy-2型砼压力泌水仪，具有测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便等优点，其各项技术指标符合国家jc473-92标准。 二（详见附图）

该仪器主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。

三、使用 1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头（详见结构简图） 2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa(压力表显示值），此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa. 3、当油压达到30mpa时，立即打开泌水阀门，，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量v1和v140、作为计算泌水率的基本数据。 4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束。

四、维护与保养

1、每次试验结束后，要将仪器用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。 2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“ 0 ”形圈密封。
3、如油泵却油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。
五、千斤顶使用方法

1、将油泵橡胶管上的快速接头套向后拉，再与千斤顶的接头配合、然后分别旋紧油泵及千斤顶的回油阀杆，将手柄上下拉压，即使用。工作后将上述螺钉同时放松使其恢复原状。
2、油泵如需加油，应卸下尾部的橡胶盖和m8内的六角螺钉，露出油管即可加油，油液必须清洁。
3、利用接长管作多项举时，根据需要选用适当的长度和顶头。

尊敬的朋友,你好，上海雷韵试验仪器制造公司现自产自销成本价出售各种型号的干燥箱，高温炉，cbr测定仪，搅拌机，电脑土壤液塑限联合测定仪，光电液塑限联合测定仪，锯石机，冻融试验箱，养护箱，试模，低温试验箱，显微镜，天平，净化工作台，数显收敛仪，等公路仪器，沥青仪器，实验室仪器，光学产品等

本产品的加工定制是否，品牌是上海雷韵，型号是sy-2型，测量范围是6mpa（kpa），精度等级是0，环境温度是0（℃），装箱数是0