

# 118-1酒精检测仪

产品名称	118-1酒精检测仪
公司名称	北京科固安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科固 型号:118-1
公司地址	北京市丰台区正阳大街127号5号楼B501室
联系电话	18610851445

## 产品详情

### 18-1酒精检测仪

酒精检测仪价格,酒精检测仪厂家,北京科固安防设备有限公司供应酒精检测仪,最好的酒精检测仪,欢迎咨询15801016194王君杰qq1162510790,酒精检测仪批发,酒精检测仪定做,酒精检测仪供应商,北京酒精检测仪供应商,酒精检测仪图片,酒精检测仪最低价,酒精检测仪型号,丰台酒精检测仪供应商,酒精检测仪生产厂家,酒精检测仪用途,酒精检测仪使用方法酒精检测仪供应商,北京酒精检测仪供应商

yj0118-1矿用酒精测试仪 我厂采用先进技术,严格按照中华人民共和国公安部ga307-2001标准制造,能快速、简单、精确的测量含量,不失为酒检领域中的精品。该机可反复使用,它广泛用于交通、港航、煤矿、供电、工厂、高空作业、农机监理等部门的饮酒检测。该机保修12个月。

性能: 1.酒精含量检测灵敏度优于0.1%。 2.测量误差: 0~1.00mg/l 3.零点漂移: 在4小时之内 < 0.010mg/l  
4.归零误差: 0.005mg/l 5.连续测量次数: > 1000次 6.吹气压力: 240pa 7.吹气持续时间: 2.5 ± 0.5秒  
8.校准: 校准周期 12个月 条件 1.温度: -20—50 2.大气压力86kpa—106kpa 3.湿度: 20~90 使用  
1.按一下电源开关,绿指示灯亮,忽听到报警声,表针偏转红指示灯亮,或无报警声,表针在0位置。 2.探头预热1分钟后进行检测,将吹气孔对准被测者口部2-10cm处,呼吸几次,若饮酒则会产生声光报警,若没饮酒或酒精含量过少,则无反应,检测完毕后,关掉电源,防止电池漏电。 注意事项 1.充电时,务必关掉电源,当充电器和仪器上的充电指示灯都亮时,充电正常。充电约8-12小时,切勿超过12小时,多日不用,在使用前必须先充电,电压稳定后再使用。  
2.切勿随意拆开机体,严禁酒精、汽油、烟雾、水等物体直接接触推襟送抱探头。  
3.防碰撞跌落、置干燥处。