

负离子检测器，手持式负离子测试仪

产品名称	负离子检测器，手持式负离子测试仪
公司名称	广州市番禺区大石东拓电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:keje 型号:kj-csy-03
公司地址	广东广州大石镇石中一路
联系电话	086 020 34783695

产品详情

手持式空气离子测试仪

(kj-csy-03a内置锂电)

一、空气离子测试器(测量空气中正、负离子的数量)，适合测量负离子空气清静机、负离子产生器、负离子美容仪、负离子直发器、负离子吹风机、负离子电扇、负离子净化灯等由负离子产生器所制成之各式负离子产品以及含有负离子物质物体与森林、瀑布等自然环境之检测。是科研、医疗、环保、教学部门从事空气离子研究及应用工作的主要仪器之一。

二、空气离子浓度仪操作说明将仪器的地线连接好；选择确定polarity在+或者-，确定测定正，或者负离子；直立仪器（离台面30cm，可以用一个钢丝架支起仪器），旋钮在off，按钮的开关放在standby，然后旋钮至1999；热机1分钟，校零旋钮re-zero调节到显示的数字在-3至3时，就已经稳定；测量时，测量开关放在measure就开始测量；根据显示的数值的大小，旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上；用读数的数字乘以10000就是该测量区域的正或者负离子个数的含量（离子个/cm³）。

注意事项：

- 1、测量时，要保持空气的相对静止，不流动，同时测量人员应远离一个手臂左右；仪器离台面30cm以上（减少排斥电场）。仪器与离子源支架应尽可能小，以免支架附有离子以后会形成一个排斥电场，妨碍离子进入收集器，造成测量误差。
- 2、电池电压低于6v时，后面2个小数点会同时点亮（即：19.9.9），此时应插上充电器充电，充电的同时仪器正常使用。
- 3、仪器一定要可靠的接地，否则测量不准确；（质保一年，终生维护）

本产品的加工定制是是，品牌是keje，型号是kj-csy-03，测量范围是1000~1999万个离子/cm²，测量对象是空气负离子，测量精度是 $\pm 10\%$ ，尺寸是160x90x60（mm），重量是0.73（kg），电源是内置锂电（或DC9V）