

灭菌包装袋包装完好性试验装置(真空泄露试验法)

产品名称	灭菌包装袋包装完好性试验装置(真空泄露试验法)
公司名称	济南兰光机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Labthink兰光 型号:MFY-01
公司地址	中国 山东 济南市 济南市无影山路144号
联系电话	86-0531-85068539 15764121171

产品详情

灭菌包装袋包装完好性试验装置(真空泄露试验法)适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

灭菌包装袋包装完好性试验装置特征微电脑控制、液晶显示、pvc操作面板数字预置试验真空度及真空保持时间进口气动元件自动恒压补气自动结束试验自动反吹卸载灭菌包装袋包装完好性试验装置测试原理通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。灭菌包装袋包装完好性试验装置技术指标真空度：0~-90kpa精度：1级真空室有效尺寸：270mm×210mm(h)(标配) 360mm×585mm(h)(另购)

460mm×330mm(h)(另购)注：其他尺寸可定制。气源压力：0.7mpa
(气源用户自备)气源接口：6mm聚氨酯管外形尺寸：300mm(l)×380mm(b)×450mm(h)电源：ac 220v 50hz净重：12kg灭菌包装袋包装完好性试验装置标准gb/t 15171软包装袋密封性能试验方法astm d3078 起泡法测定软包装泄漏的标准试验方法注：本机气源接口系6mm聚氨酯管；气源用户自备。

本产品的加工定制是是，品牌是Labthink兰光，型号是MFY-01，测量范围是真空度：0~-90kPa，材质是塑料，树脂，金属，电源是AC220V50Hz，尺寸是300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)(mm)，重量是12kg(kg)，规格是MFY-01