步入式高低温湿热试验箱，步入式恒温恒湿试验箱世界

产品名称	步入式高低温湿热试验箱，步入式恒温恒湿试验箱世界
公司名称	苏州优尼克环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州优尼克环境试验设备有限公司 型号:YNK/R系列
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-1号
联系电话	15950073376

产品详情

ynk/r系列步入式试验室适用于工业产品进行湿热试验、高温试验、低温试验以及高低温渐变试验，具有极限温（湿）度范围广、实际温（湿）度精度高的特点，步入式试验室，工作室大，可供多种元器件、整机做温度湿度试验，也可以走进试验室作为生产设备，工作室尺寸可由客户自定义，符合“ 环境试验十倍条件 ”系列标准条件。

特点

??7??7新一代外观设计，箱体结构、控制技术均做较大改进，安装方便，技术指标稳定，运行可靠，维护方便

??7??7超大触摸屏摇表式操作，外观更加简洁大方，操作更加容易

??7??7真空双层玻璃：大视窗设计，飞利浦高亮度照明，加热无雾气

??7??7记录量大：sd卡储存，usb输出，电脑连接打印，大仓有纸无纸记录等选配

??7??7可靠性高：主要配件选配著名名牌专业厂商，保证提高整机可靠性

技术参数

型 号	步入式老化房	步入式高低温试验室	步入式湿热试验室
工作室尺寸	按客户要求定制		
运行方式	100个程序、每个程序999步		
控制器	7.2大尺寸可编程控制器，控制精度0.01℃		

湿度	范围	/	/	30~98%
	偏差	/	/	±5% r.h(≤75%r.h)±3% r.h(>75%r.h)
温度	范围	rt+5~85°C/300°C	-70/-40/-20~85°C	-70/-40/-20~85°C
	准确度（测试条件55°C/60%）	1°C	1°C	1°C
	均匀度（测试条件55°C/60%）	2°C	2°C	2°C
升降温时间	升温	按客户要求		
	降温	按客户要求		
制冷	制冷系统	/	单级（复叠）制冷，冷却方式：风冷或水冷	
	制冷介质	/	r404a(单级)，r23(复叠)，均无氟	
蒸发器		/	高效热交换器	
冷凝器		/	风冷或水冷	
加热系统	材料	鳍片式不锈钢加热器		
加湿系统		/	/	电极式
传感器	温度	a级铂电阻		
	湿度	/	/	a级铂电阻
箱体材质	内箱体	彩钢板		不锈钢板
	外箱体	彩钢板		
	保温层	聚氨酯发泡/超细玻璃纤维		
	门	单开门或双开门（按所定型号）		
风道空气循环		大功率离心风机（数量待定）		

执行满足标准及试验方法

gbt10586-2006湿热试验箱技术条件

gb10592-2008高低温试验箱技术条件（温度交变）

gb/t2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验a:低温(iec60068-2-1:2007)

gb/t2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验b:高温(iec60068-2-1:2007)

gb/t2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验cab:恒定湿热试验(iec60068-2-78:2001)

gb/t2423.4-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法
试验db:交变湿热12h+12h循环(iec60068-2-30:2005)

gb/t2423.9-2001电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验cb:设备用恒定湿热(iec60068-2-56)

gb/t2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验n:温度变化(iec60068-2-14)

gjb150.3a-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验

gjb150.4a-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分：低温试验

其他

??7??7使用环境温度：+5~+35℃

??7??7安全：短路保护、缺水保护，超温保护、操作人员安全保护、试件保护

附件标准配置

??7??7照明灯：飞利浦

??7??7测试孔：φ50mm、（φ60mm、φ100mm非标）

??7??7高温胶塞：按要求

??7??7通讯：sd卡/usb/cf/以太网，按仪表选配

本产品的加工定制是是，品牌是苏州优尼克环境试验设备有限公司，型号是YNK/R系列，材质是不锈钢板，温度范围是-20/-40/-60/-70/-80-150（℃），湿度范围是30%-98%（RH），工作室尺寸是可按要求定做（mm）