

## B超检定装置

产品名称	B超检定装置
公司名称	武汉世纪金硕科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:事视通 型号:U-90型
公司地址	武汉市东湖新技术开发区华工科技园区
联系电话	027-87993257 18971183567

## 产品详情

b超检定装置完全满足jjg639-98医用超声诊断仪超声源检定规程。

1、u-90型毫瓦级超声功率计是一种高灵敏、精确的超声波微功率测量仪器。本仪器是毫瓦级超声功率计量标准器，主要用于计量检定部门，计量各种医用超声诊断仪的超声输出功率。其突出优点是，操作简单，稳定性好，体积小(26\*18\*12cm3)，重量轻(仅2.5kg)，特别方便下场检定。

### 2、技术参数

测量范围

1~100mw

分辨力

0.1mw

测量频率范围

0.5~10mhz

相对误差

± 10%

电源电压

220 ± 22v

### 3、患者漏电流仪相对误差

$\pm 1\%$

采用ut39型数字多用表ac200  $\mu$  a档，配以测量电极进行测量。

### 4、u-2000b型b超仿组织测试体模 声速 $(1540 \pm 10)\text{m/s}$ (25 )

高低频二合一体模                      衰减系数  
 $0.65 \pm 0.05\text{db/cm.mhz}$

靶线位置误差  $\pm 0.1\text{mm}$

测量频率范围 1~7.5mh