

尘埃粒子计数器 全国包邮

产品名称	尘埃粒子计数器 全国包邮
公司名称	东莞市万佳仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:万佳 型号:LJ-D
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区
联系电话	86 0769 87818372 13829251906

产品详情

尘埃粒子计数器lj-d

本仪器空气采样量为 2.83 l/min (即 0.1 立方英尺/每分钟),符合国际通用标准—美国联邦标准209e (92年9月16日公布)的要求,便于与国际接轨,能直接检测300000级、100000级、10000级、1000级、100级的洁净环境.

洁净室(区)空气洁净度级别表:

洁净度级别	尘粒最大允许数/立方米		尘粒最大允许数/2.83升	
	0.5 μ m	5 μ m	0.5 μ m	5 μ m
100级	3,520	29	10	0
1000级	35,200	293	100	0
10,000级	352,000	2,930	996	8
100,000级	3,520,000	29,300	9,962	83
300,000级	10,560,000	87,900	29,885	249
1000,000级	35,200,000	293,000	99,616	829

主要技术参数及性能:

1. 光源:白光光源
2. 采样量: 2.83l/min(0.1cfm/min)

3. 检测范围:100级 ~ 100万级
4. 采样周期:1 ~ 10 (min)
5. 自净时间: 15 (min)
6. 最大功耗: 70w
7. 采样点数 2 ~ 7点设定
8. 每点采样次数 2 ~ 9次设定
9. 工作时间 : 8 小时
10. 重量:5kg
11. 外形尺寸:260 × 130 × 340
12. 电 源 : ac220v ± 10% 50 ± 2hz
13. 允许被测试空气的含尘浓度 10 万颗/2.83l
14. 粒径通道:0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0 (μ m) 六档 可选粒径:0.3 0.5 1.0 5.0 10.0 15.0 (μ m) 六档
15. 显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换成1m³所含颗粒数。
16. 工作环境:温度:10 ~ 35 相对温度:20 ~ 75%rh
17. 测量温度和湿度的范围与精度 : (选购)
 - (1) 温度 : 0 ~ 50 ± 1
 - (2) 湿度 : 30 ~ 90%rh ± 5%rh
18. ucl报表 : 符合fs-209e、中国gmp的标准
19. 校准 : 可追溯美国国家标准技术协会 (nist) , 可追溯至上海计量测量技术研究院可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准。
20. 六档粒径尘埃浓度同时检测 , 依次数字显示或自选粒径显示。
21. 备注:内置打印机、自动判断净化等级、等动力采样头、采样架
(温湿度探头为选购件)

本产品的加工定制是否, 品牌是万佳, 型号是LJ-D, 测量范围是:100级 ~ 100万级, 测量对象是空气洁净度级别, 测量精度是 1, 尺寸是:260 × 130 × 340 (mm) , 重量是5 (kg)