

整体反射手术无影灯 整体反射手术无影灯

产品名称	整体反射手术无影灯 整体反射手术无影灯
公司名称	安徽华盛科技控股股份有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:皖滁食药监械（准）字2013第1640055号 设备名称:整体反射手术无影灯
公司地址	滁州安徽省天长市天扬路666号
联系电话	86-05507096507 18365038331

产品详情

编辑简介

手术无影灯分为“孔式手术无影灯”和“整体反射手术无影灯”。整体反射手术无影灯为孔式手术无影灯升级版手术照明用灯。此类产品具有无影、冷光、高照度等特点，并能将光线色温调整最佳效果，使手术野的组织结构更清晰可见。

2zf系列手术无影灯主要说明编辑

整体反射系列手术无影灯简称为zf系列手术无影灯，整体反射手术无影灯广泛适用于各种手术场合的照明需要，是现代手术室的理想照明设备。全封闭的线型灯体设计，充分满足当今手术室消毒和高标准层流要求。采用 cad/cam 技术造就的整体反射光学各级系统，照明深度达 600mm；运用色温补偿技术使色彩还原情得到提升，更适合于脑外科、胸外科等大型复杂手术的照明。水波纹灯面板，可使光线更柔和，安全性更优。

3手术无影灯的主要参数编辑

手术无影灯主要参数:

照度相距1米处 lx 160000 160000 色温 k 4300 ± 50

光斑直径 mm 150-300

照明深度 mm 800

亮度档级调光 无级调光

主副灯切换 0.2s

电源、电压 v.hz 220v 50hz

灯泡功率 w 150 150 或 100w

最理想安装高度 mm 2900-3200

输入功率 w 400

【产品名称】 外置数字图像手术无影灯

【产品简介】

型号 外置

清晰度 4470tvl

信噪比 46db

摄像距离 (m) 主摄像机 0.8~2 全景摄像机1~10

输入功率 (w) 900

云台转动范围 水平 >180 ° 垂直 >50 °

照度 (lux) 主灯80,000~150,000 副灯 60,000-120,000

电源电压 ~220v/50hz

摄像机光圈 f1.6-~f3.7

焦距 f3.9~85.8mm

倍率 22倍

视频输出 1.0vp-p75

摄像机电源 12vdc ± 10%

视频收发器发射频率 1.2ghz

4整体反射手术无影灯的使用注意事项编辑

手术灯其实区别于普通灯的本质就是要达到手术的特殊要求。

- 一、手术室照明亮度要求，
- 二、安全的手术照明，
- 三、无阴影的要求，
- 四、冷光要求，
- 五、可拆卸消毒的要求。

本产品的药（械）准字是皖滁食药监械（准）字2013第1640055号，设备名称是整体反射手术无影灯