

B超仪检定测试用标准超声体模KS107BD

产品名称	B超仪检定测试用标准超声体模KS107BD
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

一、技术指标

1.材料声速： $1540 \pm 10\text{m/s}$ (23 ± 3)

2.材料声衰减系数斜率： $0.70 \pm 0.05\text{db/cm/mhz}$ (23 ± 3)

3.尼龙靶线直径： $0.3 \pm 0.05\text{mm}$

4.尼龙靶线位置公差： $\pm 0.1\text{mm}$ 二、详细参数

轴侧向分辨力靶群：其横向分支分别距声窗30，50，70，120和160mm，

线中心横向间距均为10mm，至声窗距离分别为10，9，8，7，6，5，4，3mm。

纵向靶群： 共含靶线19条，相邻两线中心距离均为10mm。

横向靶群： 共含靶线7条，相邻两线中心距离均为20mm。