

ECS-VI电导仪电计检定标准器

产品名称	ECS-VI电导仪电计检定标准器
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

1、技术说明

电导仪电计检定标准器用于检定各种电导仪、电导率仪、盐度计等仪器的电计部分，该标准器符合《JJG376-2007电导率仪计量检定规程》的检定要求，使用该标准能方便地完成电导电计的计量检定项目。标准器设有k1，k2两个标准电导输入盘，一个kt模拟温度调节器。在使用k1，k2其中一个盘时，另外一个度盘应置于零(单电阻接入)。标准电导输入盘与模拟温度调节器可同时使用。

2、主要技术指标

量限：0.05 μs ~ 2.5 $\times 10^4 \mu\text{s}$

温度：10 ~ 50

精度：0.07%(1 μs ~ 2.5 $\times 10^4 \mu\text{s}$);

0.1%(0.05 μs ~ 1 μs)