

# C-95密封测漏仪 密封测试仪 密封仪 测漏仪

产品名称	C-95密封测漏仪 密封测试仪 密封仪 测漏仪
公司名称	北京兰德梅克科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:兰德梅克
公司地址	中国 北京市 房山区燕山迎风二里二巷3号
联系电话	86 010 69335207/81333028/69335273 13810797103

## 产品详情

### c-95型密封试验仪

北京兰德梅克科技开发有限公司专业生产c-95型密封试验仪 密封测试仪 密封检测仪 测漏仪 泄露测试仪 欢迎您来电垂询

c-95型密封试验仪适用于食品、制药、日化等行业软包装件的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压实验后的试件的密封性测试。本品以压缩空气为动力源，以最新的真空发生器为能量转换元件，以真空表为直观显示手段，通过气压控制实现了真空的速度快、效果直观、试验过程迅速等优良性能。气动系统元件采用进口产品，性能稳定，运行极其可靠。完善的功能设置、各种不同的真空度能满足国家标准规定的各种试验方法要求。

密封试验仪试验原理：通过对真空室抽空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外溢情况，以判定试样的密封性能；或通过对真空室抽空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以判定试样的密封性能。

密封试验仪技术指标：30s内可以达到设定真空度。测量范围：-0.90-0 bar（理论真空值-1.0bar，由于气路损耗，测量的最大值会在-0.90-0.85 bar）测量精度：0.01bar 测试筒内积：c-95

270 × 330mm（可根据要求订做）压缩空气压力：0.2-0.8mpa 设备尺寸：40\*45\*60(cm)

最大耗气量：70l/min 设备重量：9kg 注明：气源使用者自配

密封试验仪执行标准：gb/t15171-94软包装件密封性能试验方法

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是兰德梅克，型号是C-95，测量范围是-0.90-0bar，测量对象是适用于食品、制药、日化等，温度范围是室温（ ），电源是无，尺寸是40\*45\*60(cm)（ m m），重量是20（ kg）