

# YIOU品牌L型标准皮托管LPT-06-300

产品名称	YIOU品牌L型标准皮托管LPT-06-300
公司名称	上海亿欧仪表设备有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海亿欧 型号:L型
公司地址	上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30室
联系电话	86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

## 产品详情

L型上海皮托管，的详细资料：					
上海皮托管，上海毕托管，I型，标准皮托管，标准毕托管					
在科研，生产，教学，环境保护以及净化室，矿井通风，能源管理部门，常用皮托管测量管道风速，炉窖烟道内的气流速度，经过换算来确定流量，有可靠的理论根据，使用方便，准确，是一种经典的广泛的测量方					

法。此外，它还可用来测量流体的压力。

毕托管的技术参数

I型毕托管系数：0.99~1.01之间

S型毕托管系数：0.81~0.86之间

1.流体流速范围：0.2-5米/秒

2.气体测速范围：2-70米/秒

3.托柄长度：0.1-3米

4.感应头直径：4mm-12mm

产品名称	材质	执行标准	规格	市场价(元)	备注
I型标准皮托管	304不锈钢	国标JJG518-98	4 × 300mm	580.00	
			4 × 500mm	650.00	
			6 × 300mm		
			6 × 500mm		
			6 × 800mm	680.00	
			8 × 500mm		
			8 × 800mm		
			8 × 1.0 m	850.00	
			8 × 1.2 m	900.00	
			8 × 1.5 m	1050.00	
			10 × 500mm		
			10 × 600mm		
			10 × 800mm	750.00	
			10 × 1000mm		
			12 × 2000mm	1600.00	
12 × 2500mm	2000.00	需法兰连接			
12 × 3000mm	2500.00				
		12 × 3500mm	2800.00		

1. 要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管段。为此，测量断面

离来流方向的弯头、阀门、变径异形管等局部构件要大于4倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于2倍管道直径。

2. 皮托管测量的直径规格选择原则是与被测管道直径比，不大于0.02。以免产生干扰，使误差增大。测量

时不要让皮托管靠近管壁。

I型标准皮托管测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示，静压在气流的垂直方向上。测量点插入孔应避免漏风,可防止该断面上气流干扰。

s型防堵皮托管测量时应当将全压孔对准气流方向，静压孔背对着气流方向

按管道测量技术规范，合理选择测量断面的测点。

用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速，但计算流量时要用平均流速，由

于断面流量分布不均匀，因此该断面上应多测几点，以求取平均值。测点按烟道（管道）测量法规定，按“对数—线性”法划分，也可按常用的等分面积来划分。

3．每根皮托管静压接头处敲有标记号。标定系数及鉴定单应长期保存，以供计算。

4．配上本公司的数字风速风压仪zcyb-1000，数字风速风压风量仪zc1000-1f。可直读风压、风速、风量。

5．特别推荐中文智能压力风量仪zcf-d-03中文液晶显示、全中文菜单式操作可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。压力、风速、风量值直读。

本产品的加工定制是是，品牌是上海亿欧，型号是L型，测量范围是1（kPa），精度等级是1，环境温度是600（ ），装箱数是1