供应可程式恒温恒湿试验机

产品名称	供应可程式恒温恒湿试验机
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:ZY 型号:80L
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

产品详情

推荐东莞可程式恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验机

一、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机型号

二、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机机器尺寸 测试区尺寸: 50cm*60cm*75cm(w*h*d)

三、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机测试范围

1、依目录之温湿度比对图形为主,standard humi为第一区域，low humi为第二区域 1、温度:-40°C ～ 100°C(150°C) 2、false false湿度: 20% ～ 98% rh

四、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机升降温速率

平均每分钟1°C~1.5°C

五、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机机器精度 1、解析精度 a. 温度:0.01°C b. 湿度:0.1%rh
2、控制精度 a. 温度:±0.3°C b. 湿度:±1.5%rh

六、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机机械板金结构
1、内箱材质:sus#304耐高低温不锈钢板，1.5mm厚度。
2、外箱材质:sus#304耐高低温不锈钢板，1.2mm厚度。
3、保温材质:高强度pu发泡与高密度之玻离纤维棉。 4、防汗机件:以系统k型管之热能作防汗处理。
5、风路机件: a.
采用进口风扇马达+铜质加长轴心+耐高低温之铝合金多翼式结构循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。
b. 风口可调式侧吹出风口及回加装护网回风口。 6、测试门与机体采双层耐高低温之高张性silicon packing,以确保测试区之密闭。 7、机器底部采用日制高品质可固定式pu活动轮。
8、测试视窗采用多层防爆玻璃,内侧胶合片式加热除雾器.照明设备使用新式pl型日光灯。
9、测试区内使用不锈钢可调式活动盘架二只。
10、一个测试孔(机器左侧50mm)可外接测试电源线或信号线使用。
11、排水系统使用回涡型及u型积沉装置排水。

七、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机加热系统
1、采用u型鳍片式高速加温电热器。固态输出台湾vt-da2440 2、完全独立系统,不影响冷冻及控制线路。
3、温度控制输出功率均经由微电脑演算,以达高精度与高效率之用电效益。

八、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机加湿及除湿系统

1、采用电子并位方式微动加湿系统。 2、加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测视窗。
3、采蒸发器盘管露点温度(adp)层流接触除湿方式。 4、附过热、溢流双重保护装置。
5、加湿、除湿系统完全独立。 6、水位控制采机械浮球水阀,杜绝电子式误动作。
7、供湿水采整组可回收过滤系统及自动补水系统，减少自动加水频率。

九、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机冷冻系统
1、欧洲原装进口高效率省型冷冻压缩机。法国泰康tag-2446。

2、全系统使用 r404a, 环保冷媒。 3、全系统管路均作通氮加压 24h 检漏测试。
4、加温、降温系统完全独立。 5、内螺旋式 k-type 冷媒铜管。 6、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。
7、斜率式 fin -tube 蒸发器。
8、原装进口电磁阀;日本路工9215。膨胀阀乾燥过滤器;美国艾高等冷冻元件。
9、所有冷冻系统动作程序,完全由微电脑控制器控制,可达最高效率及省电的优点。

十、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机电路控制系统 1、控制器 日本oyo fa1761／3861f。
2、具定点执行功能。 3、具故障警示及简易维修方法(trouble shooting)。 4、具timer signal控制，电源供应。 5、温湿度记录器，型号:ohkura(rm10c) made in japan，可同时记录温度,湿度讯号(选购).

十一、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机安全保护系统 1、附有无熔丝保护开关。
2、超温、断水时,机器警示灯指示,自动关机,故障未排除时,无法开机。
3、冷冻压缩机附超温与过负载保护装置。 4、风扇马达加装过电流保护器。

十二、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机电源

单相 ac 220v.max 30a。

十三、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机保固期

机器全系统保固壹年。(一年六次机器免费保养)

十四、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机交货期

於收到贵公司订单及订金後十五个工作天交货。

十五、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机试车调整期

於交货後七天内完成。

十六、可程式恒温恒湿试验机|恒温恒湿试验机随机资料 1、操作说明书,电路图及温度校正报告。
2、水过滤器一只,纱布五片。 3、售後人员操作训练