

台湾泰仕TES-3600 三相电力分析仪TES3600

产品名称	台湾泰仕TES-3600 三相电力分析仪TES3600
公司名称	苏州以利亚智能科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电子式电能仪表 品牌:TES/泰仕
公司地址	江苏苏州市虎丘区滨河路588号A幢801
联系电话	18818214186

产品详情

原装正品台湾泰仕tes-3600 三相电力分析仪tes3600

tes-3600三相电力分析仪

特点：

10组资料显示于大lcd，易于读取。可连接4组夹式电流感应器。1p2w、1p3w、3p3w2m、及3p4w式功率测量。真有效值测量。电力kw、kvar、kva、pf、hz及能量kwh、kvarh及kvah测量。相序指示功能。背光显示功能。手动资料记忆及读取功能。(99组)自动连续资料记录(512kb内存，20,000笔)可设定开始记录及结束记录时间。rs-232光接口传输，具有三相电压、电流波形显示及谐波分析功能。易于使用之按键操作。掌上型设计、重量轻

交流电压测量(v)

檔位	測量方式	准确性	输入阻抗
600.0v	真有效值	$\pm 0.5\%$ 读值 ± 10 位(>30v)	2m

交流电流测量(a)

檔位	測量方式	准确性
250a、500a、1000a	真有效值	$\pm 0.5\%$ 读值 ± 10 位+ 夹式电流感应器规格

有效功率瓦特测量(kw)

檔位	准确性	功率因素影响
----	-----	--------

600.0kw	± 0.5% 读值 ± 10 位+ 夹式电流感应器规格	± 0.1% 读值
---------	-----------------------------	-----------

无效功率乏尔测量(kvar)

檔位	准确性	功率因素
600.0kvar	± 0.5% 读值 ± 10 位+ 夹式电流感应器规格	± 0.1% 读值

视在功率伏安测量(kva)

檔位	准确性
600.0kva	± 0.5% 读值 ± 10 位+ 夹式电流感应器规格

功率累积分测量

功率累积	分辨率	准确性
0.0kwh to 9999mwh	0.1kwh	± 0.5% 读值 ± 10 位+ 夹式电流感应器规格
0.0kvarh to 9999mvarh	0.1kvarh	
0.0kvah to 9999mvah	0.1kvah	

功率因子测量(pf)

檔位	准确性	极性显示
-1.000(lead) 至0.000 to + 1.000 (lag)	± 1 位(依据测量值之计算)	电流落后电压无显示电流领先电压显示" _ "

频率测量(hz)

檔位	测量来源	准确性
40hz 至100hz	电压u1	± 0.5% 读值 ± 1 位

一般规格

尺寸	235(长) x 116(宽) x 54(高)mm
操作温湿度	0 到50 (低于80% 之相对湿度)
储存温湿度	-10 到60 (低于70% 之相对湿度)
附件	说明书、 软件光盘/ rs-232 接线、 高级背包、 电池(" aa " , 1.5v , 8 颗)、 电源转换器(110v à 12v; 220v à 12v)、 4 支钩部(1、 2、 3、 4 , 线3 米长 (1000a ac , 口径40mm)、 4 支鳄鱼夹(蓝、 黄、 红、 黑 , 线3 米长)

本产品的加工定制是是，类型是电子式电能仪表，品牌是TES/泰仕，型号是3600