

# 新品DX8369防火建筑材料可燃性试验机

产品名称	新品DX8369防火建筑材料可燃性试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	399.00/台
规格参数	品牌:大显 电源电压:AC220V $\pm$ 10% , 50Hz 符合标准:GB/T8626
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

## 产品详情

### 最新品dx8369防火建筑材料可燃性试验机

我司的试验机是我国最优质完全符合试验标准要求的公司（保证质量），每项产品百分百完全是自己制作生产的，全程实验符合国家标准要求，试验结果稳定精确，欢迎广大客户来我厂考察。

#### 一、符合标准：

符合gb/t8626《建筑材料可燃性试验方法》以及iso 11925-2:2002标准

#### 二、适用范围：

适用于在规定条件下判断建筑材料是否具有可燃性试验方法。

#### 三、主要参数：

燃气压力：10kpa~50kpa

计时器的精度： 1s/h

电源电压：ac220v  $\pm$  10% , 50hz

放焰时间：0~99分 99秒可设定

持燃时间：0~99分 99秒可设定

气体纯度：>95% 丙烷气；（客户自备）

更多技术详情可联系电话：13192059055 “林子”

燃烧器尺寸为：燃烧器由孔径为 $\phi$  0.17mm 的喷嘴和调节阀组成，并设有四个 $\phi$  4mm 的空气吸入孔

整套配置：本试验机由控制箱、燃烧箱本体、燃烧器、电磁阀、高压点火器、信号控制线及试样支架组成

烟道空气流速：在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下，箱体烟道流速为0.7m/s,用风速仪测量，精度 $\pm$ 0.1m/s

品质优良,性价比高,完善的客户服务体系 dx8369防火建筑材料可燃性试验机 沈阳工学院指定款式@  
业务经理 ;131 9205 9055 技术指导：132 6736 8088 在线qq：1839492619

本厂销量领先的建筑材料检测

设备，也被天安消防检测中心，西安质监所,四川消防检测中心等权威机构广泛应用.