# 麦德森ITERA优质听力计

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 麦德森ITERA优质听力计 |
| 公司名称 | 常熟市圣海电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:拜格 |
| 公司地址 | 熟市尚湖镇王庄工业区 |
| 联系电话 | 6-0512-52438810 15050338780 |

# 产品详情

麦德森ITERA优质听力计

ITERA II 听力仪体积小，操作简便，采用全键盘设置和操作。它不仅能进行气导、骨导、言语等标准模式测试和 SISI、ABLB、Stenger 等特殊测试，还具有以下特点：

开机快速自检。

两个独立通道的硬件配置使 ITERA 可进行以下测试：

用键盘按钮可对设备参数直接设置，并可存储以备以后使用。

简便的键盘操作，易学易用。可快速测出测试结果。例如，按一次 SPEECH
键，即可进入言语测试模式。键盘按键上均有功能选择指示灯，如选择了该功能，指示灯会亮。

标准测试频率范围为125-12500Hz，可升

级至16000Hz。

输出可选择气导耳机、骨导耳机和自由声

场。

便携式设计，便于医生外出进行测听。

具有数据传输接口，可与计算机通讯，并

与 NOAH 兼容，可直接将测试结果调用到

NOAH 中

麦德森ITERA优质听力计ITERA Ⅱ技术指标：

通道： 两路独立的通道

频率： 气导和自由声场12个标准频率、125-12500Hz，骨导250-8000Hz，误差小于±1%。

掩蔽： 纯音测试 同侧窄带噪声或白噪声。言语测试对侧言语噪声或白噪声。

测试声强范围： 气导 -10 - 120dBHL , 500 - 6000Hz骨导 -10 - 70dBHL , 500 - 4000Hz

输出： TDH 39或插入式气导耳机、B71骨导耳机、自由声场

外接输入： CD机或麦克风。

标准功能： 纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音

刺激：信号刺激时间可以预先设置（0.25-2.5秒）。

正常：按 INT 键给声刺激。

反转： 按 INT 键停止给声刺激。步进可以选择 1dB、2.5dB 或

5dB连续衰减步进5dB误差小于1dB、步进2.5dB 误差小于0.75dB、步进1dB误差小于0.3dB

特殊功能： SISI 测试振幅可调制5、4、3、1、0.75、0.50、0.25dB。

ABLB 测试：双耳交替响度平衡测试。

Stenger测试：伪聋测试

失真： 气导小于2.5%

骨导小于5%

数据传输： RS-232串行连接线可连接计算机传输数据。

操作环境： 温度 +10°C - + 35°C，空气温度 30% - 90%，

气压 860hPa - 1060hPa

预热时间： 小于10分钟

尺寸： W×H×D=450×290×85mm=17.7×11.4×3.3in

重量： 约4.5kg

听力计产品详见：www.baigeyq.com/Products_T19.html

其他产品推荐：www.tzmtgj.com 滚刀，麻花钻

www.baigeyq.com/Products_T29.html 旋转蒸发仪厂家

www.baigeyq.com/Products_T17.html 高压灭菌器