

多普勒胎心仪TX288

产品名称	多普勒胎心仪TX288
公司名称	广州晨昊医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区玉树工业园J栋4楼
联系电话	020-26293296 18922204758

产品详情

性能特点

采用DSP技术、更先进、更精确

高品质大功率输出，声音洪亮、清晰

宽波束、灵敏度高、采用杂音滤除技术

胎心率超限警示

低声输出功率、完全放心监听胎心音

彩色大屏显示、可同时显示瞬时胎心率和平均胎心率

可选择充电电池或5号AA干电池

充电指示、充满指示、欠电指示

可自动关机、在不监护后自动关闭背景噪音

可选配不同频率的探头

技术指标

超声工作频率 f_w ：可选配频率2.0MHz和3.0MHz，各工作频率与标准频率的偏差都小于 $\pm 10\%$

超声输出强度： $<10\text{mW}/\text{cm}^2$

胎心率测量和显示范围：65次/min—210次/min

胎心率测量准确度：误差不超过 ± 2 次/min

电源：14.4V 镍氢充电电池 十节AA干电池（选配）

连续工作时间：充电电池 3小时 干电池 1小时

工作温度：5 —40

相对湿度：30%—80%

大气压范围：70kPa—106kPa