

PC-2B微型pH离子计检定仪

产品名称	PC-2B微型pH离子计检定仪
公司名称	福建省计量科学技术研究所实验工厂
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:闽量 型号:PC-2B
公司地址	福州市华林路147号
联系电话	0591-87842089 13405913186

产品详情

PC-2B微型pH/离子计检定仪，是福建省计量科学研究院继全国首创、销量第一的“PC-1数字式pH检定仪”之后，最新推出的高准确度全数字化微型pH/离子计检定标准器，符合《JJG919-2008pH计检定仪检定规程》0.0006pH准确度要求，可检定含0.001级以下的pH计和各种离子计。是各种pH/离子计检定标准设备的理想更新换代产品。

一、主要特点：

1. 微机化设计，具有mV、pH(pXI),pXII标准信号输出功能。 2. 采用触摸键数字化输出标准信号，无须电位器调节，操作简便。 3. 具有温度补偿和等电势设路功能，可直接输出与被检器示值一致的标准信号。 4. 设计有专用程序化自动检定功能。 5. 保留有计算机RS232C接口。可升级成微机化检定系统，实现数据处理、数据储存、数据检索、检定出证。（计算机软件另购，订购时请提供用户检定证书格式）。 6. 采用EEPROM存储器，实现数字化校准仪器准确度。 7. 汉字显示窗口，人机对话功能强。 8. 1G，3G高阻由面板直接选择和控制，方便操作。

二、主要技术指标 1. pH(pXI)、pX 输出范围：-10.0000 ~ +10.0000 (等电势为零时)
2. pH(pXI)、pX 分辨率：0.0005 3. pH(pXI) 示值误差：±0.0006 (-7.0000 ~ +7.0000); ±0.001 ±1 个字 (-10.0000 ~ -7.0000, +7.0000 ~ 10.0000) 4. pX 示值误差：±0.001 ±1 个字
5. 温度补偿范围：(0.0 ~ 99.9) 6. 等电势调节范围：0 ~ 9 7. mV 档信号输出范围：(-2000.0 ~ +2000.0) mV 8. mV 分辨率：0.1mV 9. mV 档示值误差：±0.005%FS ±1 个字 10. 供电：DC6V(充电电池) 充电电源：AD/DC 9V