

PC-3电脑型pH离子计自动检定仪

产品名称	PC-3电脑型pH离子计自动检定仪
公司名称	福建省计量科学技术研究所实验工厂
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:闽量 型号:PC-3
公司地址	福州市华林路147号
联系电话	0591-87842089 13405913186

产品详情

PC-3电脑型pH/离子计自动检定仪，是福建省计量科学研究院继全国首创、销量第一的“PC-2 微型pH/离子计检定系统”之后，最新推出的高准确度全数字化微型pH/离子计检定标准器，符合“JJG919-2008pH计检定仪”国家计量检定规程最高准确度0.0006 PH的要求,可检定含0.001级以下的pH计和各种离子计。是各种pH/离子计检定标准设备的理想更新换代产品。 一、主要特点：

- 1、虚拟仪器式设计，集计算机与仪表于一体，具有mV、pH(pXI),pXII标准信号输出功能。
- 2、采用8.9寸液晶触摸屏数字化输出标准信号，无须电位器调节，操作简便。
- 3、采用图像识别技术，通过CCD成像系统自动识别pH计或离子计的显示值，并自动记录检定数据。（需另配摄像头）
- 4、具有温度补偿和等电势设置功能，可直接输出与被检器示值一致的标准信号。
- 5、设计有专用程序化自动检定功能，检定数据自动处理、可保存，不用填写原始记录，并具有数字签名功能。
- 6、检定结束后可自动判断检定结果。
- 7、可自动生成并打印检定原始记录和检定证书。
- 8、可查询符合某一条件的所有检定记录等功能。

二、主要技术指标

1. pH(pXI)、pX 输出范围：-10.0000 ~ +10.0000 (等电势为零时)
2. pH(pXI)、pX 分辨率：0.0005
3. pH(pXI) 示值误差：±0.0006 (-7.0000 ~ +7.0000); ±0.001 ±1 个字 (-10.0000 ~ -7.0000, +7.0000 ~ 10.0000)
4. pX 示值误差：±0.001 ±1 个字
5. 温度补偿范围：(0.0 ~ 99.9)
6. 等电势调节范围：0 ~ 9
7. mV 档信号输出范围：(-2000.0 ~ +2000.0)mV
8. mV 分辨率：0.1mV
9. mV 档示值误差：±0.005%FS ±1 个字