

气相色谱仪GC-2060 质量可靠

产品名称	气相色谱仪GC-2060 质量可靠
公司名称	滕州鲁南分析仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁南 型号:GC-2060
公司地址	滕州市东沙河镇东沙河村（荆河东路南100米）
联系电话	86-06325819116 13181258266

产品详情

gc-2060 主要技术指标： 温控指标： 控温区域：色谱柱箱，进样器，检测器，辅加装置

控温范围：室温 +5 ~ 400 （以1 增量）

控制精度：优于 ±0.1 程序升温：程序升温阶数：5阶 时间设定：99.9（min）

升温速率：0.1 ~ 40 /min（以0.1 增量任设，200 以下最高升温速率可达40 /min）

gc-2060 检测器技术参数：

技术参数	灵敏度/检测限	基线噪声	基线漂移（30min）	线性范围
氢火焰（fid）	2 × 10 ⁻¹¹ g/s（正十六烷）	2.5 × 10 ⁻¹⁴ a	5 × 10 ⁻¹⁴ a	105
热导池（tcd）	s 2500mv • ml/mg(苯/甲苯)	0.02mv	0.05mv	104
火焰光度(fpd)	(s) 5 × 10 ⁻¹¹ g/s（甲基对硫磷）(p) 3 × 10 ⁻¹¹ g/s（甲基对硫磷）	2 × 10 ⁻¹² a	1 × 10 ⁻¹² a	102 103 gc-2060 主要技术指标： 温控指标： 控温 区域：色谱柱箱， 进样器，检测器， 辅加装置

控温范围：室温 +5 ~ 400 (以1 增量)

控制精度：优于 ±0.1 程序
 升温：程序升温阶数：5阶 时间设定：99.9 (min)

升温速率：0.1 ~ 40 /min (以0.1 增量任设, 200 以下最高升温速率可达40 /min)

gc-2060
 检测器技术参数：

技术参数	灵敏度/检测限	基线噪声	基线漂移 (30 min)	线性范围
氢火焰 (fid)	2 × 10 ⁻¹¹ g/s	2.5 × 10 ⁻¹⁴ a	5 × 10 ⁻¹⁴ a	105
	(正十六烷)			
热导池 (tcd)	s 250 0m (tv • ml/mg (苯	0.0 2m v	0.0 5m v	104

