

# 福禄克FLUKE719/30G压力校准器 福禄克 压力校验仪表

产品名称	福禄克FLUKE719/30G压力校准器 福禄克 压力校验仪表
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	23600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Fluke/福禄克 型号:福禄克FLUKE719
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

## 产品详情

庚圣自动化科技

周先生 15821884544 021-64093966

传真021-39652408

网址www.gstmro.com www.gensyo.com

e-mailzhouqiang@gstmro.com

## ???fluke719/30g?????

- 压力校准器采用电动气泵，单手即可完成压力校准
- 压力测量不确定度同类产品中最佳，仅有0.025%
- ma级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
- 高精度压力调整游标
- 放气速度可调的排气阀便于压力调节
- 压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能
- 可编程的气泵极限值设置

- 防止压力过大
- 用户可对泵送的目标压力进行编程
- 压力校准器通过 29 个 700pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
- 在压力测量的同时寻源 ma 以测试阀和 i/p 变送器
- 模拟 ma 信号以对 4-20 ma 环路进行故障排查
- 可通过内置的开关测试功能来测试压力开关
- 测量过程中采用24v环路电源为变送器供电
- 压力校准器中带有经过验证的清洗口，可减少泵的故障

#### 福禄克fluke719/30g压力校准器技术参数:

标准量程-83kpa(-12 psi) 至 248kpa(36 psi) , -850 mbar 至 2.4 bar

标准准确度0.05%满度

标准分辨率0.007kpa(0.001 psi) , 0.1 mbar

采用内置泵时毫安测量量程：0ma至24ma 分辨率：0.001ma 准确度：0.015%+2位数

最大电压30v：非操作

温度-30 至60

工作温度-10 至55 ° c

相对湿度95% ( 10 至30 ) ; 75% ( 30 至40 ) ; 45% ( 40 至50 ) ; 35% ( 50 至55 )

耐冲击性1 米坠落测试

防震性随机，2g，5hz – 500hz

安全性csa c22.2 no. 1010.1:1992

尺寸/重量60mmx87mmx210mm/912g

电源两节 9 v 电池 ( ansi/neda 1604a 或 iec 6lr61 )

电池使用时间12 小时 ( 12 ma 流入 500 负载 ) ， 量程为 689kpa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环，量程为 207kpa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环

显示屏液晶显示屏，5位数，压力和电流同步显示

保修期压力校准器三年，气泵一年

标准附件皮套、两节已安装 9 v 碱性电池、tl75 测试导线、ac70a

鳄鱼夹、软管套件、产品综观手册、cd-rom（用户手册）

庚圣自动化科技，测试测量领域领导者！

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是福禄克FLUKE719，测量范围是248（kPa），精度等级是福禄克FLUKE719/30G压力校准器，环境温度是福禄克FLUKE719/30G压力校准器（ ），装箱数是福禄克FLUKE719/30G压力校准器