

# 低温等离子体灭菌生物指示剂

产品名称	低温等离子体灭菌生物指示剂
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新华 型号:等离子
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

## 产品详情

### 低温等离子体灭菌生物指示剂

本品由嗜热脂肪杆菌芽孢菌片，培养基(密封在玻璃管内)及塑料外壳组成自含式生物指示剂，菌片含量 $1 \times 10^5$ 的5次方 ~  $1 \times 10^6$ 的6次方/片

使用范围：用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测。

使用方法：1、本品与灭菌物品一起放入包装袋内：

2、按照国家规定，分别将含有生物指示剂的包装袋放于等离子灭菌柜内不同位置。

3、灭菌完毕后，取出生物指示剂。

4、先压下盖子，并检查盖子是否确实压下。在夹破安瓿并垂直放置，在56 ~ 58 培养箱内培养。阳性对照组的生物指示剂重复第4个过程。

结果判定：48个小时后。判定结果。

1、培养基颜色由原来的紫色变为黄色。说明灭菌过程不完全。

2、培养基颜色保持不变同时阳性对照组为黄色，表示灭菌合格。

注意事项：1、完毕后，夹破生物指示剂内玻璃管，进行培养。

2、只有对照管内为阳性。培养基为黄色。其生物检测结果才算有效，

3、使用前请确认产品的完整性。

- 4、请在温度0 ~ 4℃，相对湿度20% ~ 80%条件下，避光保存；
- 5、生物指示剂应避免靠近灭菌器和化学消毒剂。
- 6、所有出现阳性的生物指示剂需要在134℃高温下灭菌3分钟以后丢掉。
- 7、请在有效期内使用。

有效期：12个月

鲁卫消证字（2003）第0286号