ACE压力蒸汽灭菌生物指示剂

产品名称	ACE压力蒸汽灭菌生物指示剂
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ACE 型号:ATCC7953
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

产品详情

爱斯牌压力蒸汽灭菌生物指示剂

本品由嗜热脂肪肝菌芽孢菌片、培养基（密封在玻璃管内）及塑料外壳组成自含式生物指示剂。菌片含菌量为5×105-5×106。D值1.3-1.9分钟。在121±0.5℃饱和蒸汽条件下，存活时间?3.9分钟，杀灭时间?19分钟。 使用方法： 1.将本品放入一标准测试包中；
2.按照国家规定，分别将测试包放于压力蒸汽灭菌柜内不同位置； 3.灭菌完毕，取出生物指示剂；
4.挤破内装的玻璃管，与一支对照管一起放于56-28度培养箱内培养； 5.培养48小时后，判定结果，培养基颜色由原来红色变成黄色，说明灭菌过程不完全。若培养基颜色保持不变，请继续培养2天，若无变色，则可判断灭菌完全。 使用范围：
用于121度下排气压力蒸汽、132度预真空压力蒸汽和脉动真空压力蒸汽灭菌效果监测。 注意事项： 1.灭菌完毕后，取出生物指示剂后至少冷却15分钟，方可挤破生物指示剂内玻璃管，否则有可能导致玻璃管的碎片伤人。 2.只有对照管为阳性，其生物检测结果才算有效。 3.使用前请确认产品的完整性。
4.请在温度5-8℃，相对湿度20%-80%条件下避光保存。 5.生物指示剂应避免靠近灭菌器和化学消毒剂。
6.请在有效期内使用。 7.有效期：24个月。

沪卫消证字（2008）0036号