

FLUKE715 测量/输出/模拟 电压电流校准器

产品名称	FLUKE715 测量/输出/模拟 电压电流校准器
公司名称	深圳市业海科技发展有限公司
价格	7560.00/个
规格参数	加工定制:否 精度等级:0.02% 类型:过程校验仪
公司地址	深圳市南山区高新区北区朗山二路5号新奥林厂房216室
联系电话	0755-83 15602969656

产品详情

fluke 715 电压电流校准器-[fluke]福禄克

功能技术指标		
测量/输出 mv	量程： 分辨率： 准确度：	0 至 100 mv 0.01 mv 0.02% + 2 个字
测量/输出 v	量程： 分辨率： 准确度：	0 至 10 v 0.001 v 0.02% + 2 个字
测量/输出/模拟 ma (% 跨度)	量程： 分辨率： 准确度：	0 至 24 ma (-25% 至 125%) 0.001 ma 0.015% + 2 个字 注：接收端 (模拟发射端) 显示ma 或 %跨度
技术指标		
回路电源	范围： 准确度：	24 v dc +/- 10% 注：驱动：20 ma 至 1000 ， 电池>6.8v时； 700 ， 电池电压位 5.8 至 6.8 v时
显示		5位数字液晶显示屏

fluke 715 电压电流校准器-[fluke]福禄克

环境技术指标	
操作温度	-10 ° c 至 55 ° c
存放温度	-40 ° c 至 60 ° c
湿度 (非凝结)	95% (10 ° c 至 30 ° c) 75% (30 ° c 至 40 ° c) 45% (40 ° c 至 50 ° c) 35% (50 ° c 至 55 ° c)
操作海拔高度	3,000m 最大
安全特性	
安全	csa c22.2 no. 1010.1:1992

fluke 715 电压电流校准器-[fluke]福禄克

机械和通用技术指标	
尺寸	187 mm l x 87mm w x 32 mm 201 mm l x 98mm w x 52 mm (含防护套)
重量	大约 330 g 大约 600 g (含防护套)
保修	3 年
震动和振动	随机, 2g, 5-500 hz 1m 跌落试验
电池类型	节 9v 电池 , ansi/neda 1604a 或 iec 6lr619v 碱性

fluke 715 电压电流校准器-[fluke]福禄克

型号名称	描述
fluke 715	volt/ ma 校准器包括 : c81y 黄色防护套 , 有flex-standtm操作说明卡(14种语言)单节 9v 碱性电池测试线和鳄鱼夹

本产品的加工定制是否, 精度等级是0.02%, 类型是过程校验仪, 品牌是FLUKE/福禄克, 型号是F715, 规格是Fluke715, 尺寸是23*68*120