

# 河北数显氧指数测定仪

产品名称	河北数显氧指数测定仪
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:牟景 型号:MU3081
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

## 产品详情

符合标准：gb/t2406《塑料燃烧性能试验方法---氧指数法》标准。

符合jis7201、bs2782、ansi/astm、d2863、iso4589、gb/t2406标准。

适用范围：用于判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易度，适用于均质固体材料、层压材料、软片和薄膜材料。

流量计直读氧气、氮气浓度

指针式压氧气、氮气压力，能通过调节阀调节大小。

测量范围：0-80%，分辨率：0.1l/min

测量精度：2.5级

燃烧筒内径：75mm

燃烧筒内气体流速：40mm ± 10mm/s

工作压力：0.1mpa

氧气、氮气混合气体入口：包括稳压阀、流量调节阀、气体过滤器和混合室。

试样夹可用于软质和硬质塑料。

点火器：专用丁烷手持式电子电火器

气体：工业级氧气、氮气。

电源要求：ac220 ( ± 10% ) v/50hz。

控制箱：采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方.优质sus304镜面不锈钢材料，美观、防锈防腐。

燃烧筒：耐高温优质玻璃管（内径 $\phi$  100mm，长450mm）

出口内径： 40mm

混合器：采用玻璃珠填充形式，将氧气和氮气均匀混合。（珠 4.5mm填充高度95mm）

试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样。

采用继电器控制系统，所有有电子原件均采用国内品牌，能更好地保证机器的性能及检测精度。

设备具有下列安全保护装置：电源超载、短路保护、控制回路过载保护。

引仪器工作时需要氧气和氮气。（客户自备）

地面平整，通风良好，不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。

附近没有强电磁辐射源。

设备周围留有适当的维护空间。

温度：5 ~ 30 。

气压：86 ~ 106kpa。

ac220v/50hz。