

# 大气环境监测TFC-30 粉尘采样器

产品名称	大气环境监测TFC-30 粉尘采样器
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:TFC-30
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

## 产品详情

### tfc-30粉尘采样器

tfc-30粉尘采样器是在原人工控制的基础上新增加了微电脑开机、关机、倒计时控制的全自动粉尘采样器。

该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间长、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想、实用的滤膜测尘型粉尘采样器。

一、粉尘采样器技术参数及工作条件 采样流量范围(可选)：5~30l/min、3~30l/min、1~15l

/min 流量误差：±5% 定时误差：±1% 最大负压：15000pa 充

电电流：300ma(标准型) 电源：10vdc、220v50hz ac 工作温度：-25~45

噪声：60db 相对湿度：85% 体积：200×160×140mm 二、

粉尘采样器使用与维护 1、采样：用适当的胶管将仪器背面的进气口与被采样负载连接，按压开关键到“on”打开仪器，再按压微电脑“确定/取消”键，显示屏出现“0:00”，接着按压“分”选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压“小时”键，此键最大时间为99小时，当时间选择好好后再按压“确定/取消”键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0:00”时，主机此次采样结束。如需再次采样，重新设定时间继续采样，如果不需采样，请按压开关键到“off”关闭仪器。 2、充电：将交流电源线分别插入仪器220v交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14~16小时(标准充电时间)。每次充足电可连续工作或累计工作4小时左右。在采样时电压表所指示采样时的电池电压，在充电时所指示充电时的电池电压。充足电电压表指示为12v左右。 注意事项：长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。在含尘较多的空气中，应在开机前装好带滤膜的采样头，否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。 三、粉尘采样器仪器成套件 主机

1台 仪器箱            1只 采样头  
1只 滤膜盒(采样夹) 2只 三脚架            1副  
滤膜            1盒 电源线  
1根 说明书            1份 合格证  
1份

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是TFC-30，类型是呼吸性粉尘采样仪，流量范围是5~30(L/min)，工作温度是-25~45( )，尺寸是200×160×140(mm)，重量是2(kg)，电源是220V