

迈瑞监护仪维修 监护仪维修厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 迈瑞监护仪维修 监护仪维修厂家 |
| 公司名称 | 广州则天信息技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:兼容 型号:兼容 |
| 公司地址 | 广州市天河区天河北路689号1101 |
| 联系电话 | 020-87545646 18124906390 |

产品详情

迈瑞心电监护仪维修多参数模块化监护仪黑白屏血压维修 一、黑屏故障 先接通交流电，观察交流指示灯是否亮起，然后启动机器。按下启动开关后，机器为黑屏现象。若交流灯不亮，则电源存在故障；若交流灯亮，则按下血压启动按键，能听到气泵打气的动作，此时，故障一般发生在屏幕方面。屏幕黑屏，常见的故障点主要发生在灯管与高压方面。而检测高压条时可以用万用表测量输入电压，可以进一步排除电源引起的故障。迈瑞监护仪维修 监护仪维修厂家 二、白屏故障 对于白屏故障的监护仪，同样先要检测交流指示灯是否正常工作。再启动血压，用以检测主板是否存在故障。若血压不能启动，则要重点检测主板与电源方面是否存在故障。同时也可以利用机器后的视频信号输出接口，外接显示器，查看屏幕视频信号是否正常，若能正常显示，则机器显示屏故障。 三、血压故障 出现故障时，常见的故障现象有以下几种。1、气泵能打气，但是袖带压压力值达不到初始设定值，气泵反复的充气。这种故障主要是由于血压管路部分漏气造成的，或者是电磁阀故障。迈瑞监护仪维修 监护仪维修厂家2、启动血压后，出现袖带压过高而不放气，或者报“空气压力错”等，这类故障主要是由于电磁阀故障。3、启动血压后出现“通讯错误”，这种故障主要是血压板与主板之间信号通讯出现错误，需要检查通讯线路，系统程序等方面。

广州则天信息技术有限公司是一家专门维修监护仪的公司，成立于2006年，公司主要致力于维修监护仪，拥有将近10年的维修经验，维修的监护仪品牌全，范围广，包括迈瑞监护仪维修，飞利浦监护仪维修，GE监护仪，理邦监护仪等等进口和国产监护仪，以及各种监护仪模块。公司拥有资深维修工程师多名，熟悉各种电路板维修，硬件以及软件维修。有业务员多名，并且拥有检测设备10多套。维修的迈瑞监护仪型号有PM7000,PM8000,PM9000等等PM系列和T5,T8等等T系列监护仪以及各种模块维修。广州则天信息技术有限公司监护仪维修效率快，价格优惠。是您不二的选择！

百度搜索淘器械商城：<http://www.taoqixie.com/>

联系电话:020-87545646 18102602467