

帐篷阻燃测试仪 上海今森

产品名称	帐篷阻燃测试仪 上海今森
公司名称	上海今森检测设备有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海今森 型号:KS-84CPAI
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万宾路235号1号楼
联系电话	67180157 13916948217

产品详情

ks-84cpai 帐篷阻燃测试仪依据cpai_84_1995

帐篷阻燃测试.垂直法标准规定的模拟试验项目。 ks-84cpai 帐篷阻燃测试仪是将样品安装于不锈钢样品夹上,挂在测试柜中,样品最低点于火源管上端距离为20mm;调整火源高度为38mm(±3mm)(测试用气体为甲烷);启动测试仪,使火源移到到样品正下方,烧12秒,移开火源,记录续燃时间;待所有的燃烧都结束后,取出样品,测量样品的损毁长度。 ks-84cpai 帐篷阻燃测试仪适用于帐篷顶部、底部和外墙等材料阻燃测试。

试样尺寸	底部材料:230mm×230mm(±3mm)经纬向四块
燃烧火焰高度	墙和顶部材料:90mm×300mm(±3mm)经纬向四块
点燃时间	38±2mm(高度可调)
续燃时间	12s(预置可调)
点火嘴角度	1s~999.9s(数显,可手动暂停保持数显)
点火嘴口径	垂直法
燃烧器	由5mm内径枪管与固定节流孔距离75mm+/-6mm
燃烧气体	宽320mm×深320mm×高760mm
点火器入口气压	甲烷气体纯度需在97%以上
试验电源	2.5psi+/-0.25psi(可调)
标灯管道直径	220v 0.5kva
橱 柜	大约1.6mm,与燃烧器边缘距离3mm,标灯火焰长度3mm
观察窗口	为测试进行提供一个独立的空间
夹具固定块	透明观察窗口方便观察测试进行过程
试样夹	固定试样夹使其垂直保持在中间位置
火焰量尺	试样固定夹具
通风口	火焰高度测量尺
控制方式	为燃烧测试进行提供必要的空气流通
	采用普通机电控制,易操作

本产品的加工定制是是，品牌是上海今森，型号是KS-84CPAI，类型是非金属材料试验机，测量范围是0.01（KN），用途是KS-84CPAI帐篷阻燃测试仪依据CPAI_84_1995帐篷阻燃测试.垂直法标准规定的模，机台重量是50（kg），使用电源是220（V\HZ）