

伯乐imark酶标仪

产品名称	伯乐imark酶标仪
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

产品详情

伯乐imark酶标仪技术规格

波长范围 400 – 750 nm

光度量程 0.0 – 3.5 OD

线性 1.0% 于0.0 – 2.0 OD ; 2.0% 于0.0 – 3.0 OD

准确度 $\pm 1.0\%$ 或 0.010 OD 于490nm 0.000 – 3.000 OD

精确度 1.0% 或0.005 OD 于0.0 – 2.0 OD ; 1.5% 于2.0 – 3.0 OD

分辨率 0.001 OD

滤光片位 8

板震荡 3种速度，低、中、高；持续时间：0-999 秒

读板时间 单波长，6 秒；双波长，10 秒

数据输出 内置热敏图文打印机

数据储存 日历/时钟功能；64 个检测规程

多语言兼容性 4 种语言，LCD 显示，报告输出

体积 (W x D x H) 34.6 x 37.7 x 16.4 cm

重量 5.5 kg

伯乐imark酶标仪性能特点

完全中文操作模式

能阅读平底、U形底或V形底微孔板或8孔、12孔联管板

阅读前自动校准

宽波长跨度,适于多种应用

多种报告类型:原始数据,吸光度,浓度,阈值,限值,曲线,动力学等9种

速度可调的板震荡功能

容易操作的8位滤光片轮,每个阅读仪提供4个标准滤光片

设计小巧,外围打印机可通过标准打印接口连接-RS-232接口用于连接外围PC(需要配置相关软件)

www.919117.com/shsaimo-Products-11847911/