

Bante900 上海般特

产品名称	Bante900 上海般特
公司名称	苏州市万隆化学试剂有限公司
价格	8200.00/个
规格参数	品牌:上海般特 型号:Bante900 检测项目:多参数
公司地址	苏州市城北西路1599号E6-101
联系电话	0512-65581930 13812620487

产品详情

ph测量范围-2.000~16.000ph

ph测量精度 $\pm 0.002\text{ph}$

ph校准点2点

使用校准液ph4.00/6.86/9.18或ph4.01/7.00/10.01

温度补偿范围0~100

orp测量范围-1999.9~1999.9mv

orp测量精度 $\pm 0.2\text{mv}$

离子浓度测量范围0~19999ppm (基于离子电极量程)

离子浓度测量精度 $\pm 0.5\% \text{ f.s}$ (一价离子), $\pm 1\% \text{ f.s}$ (二价离子)

离子校准点2~5点

使用校准液 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6}mol/l

温度补偿范围0~100

电导率测量范围0~200ms/cm

电导率测量精度 $\pm 0.5\% \text{ f.s}$

电导率校准点1点

可选电极常数 $k=0.1, 1, 10$

温度补偿系数 $0\sim 3.9\%$ 每

温度补偿范围 $0\sim 50$

tds测量范围 $0\sim \max.200\text{ppt}$

tds测量精度 $\pm 1\% \text{ f.s}$

tds转换系数 $0.01\sim 1.00$,默认值 0.67

盐度测量范围 $0.00\sim 50.0\text{ppt}$

盐度测量精度 $\pm 1\% \text{ f.s}$

电阻率测量范围 $0\sim 100\text{m}$

电阻率测量精度 $\pm 1\% \text{ f.s}$

溶解氧测量范围 $0.00\sim 20.00\text{mg/l}$ (ppm)

溶解氧测量精度 $\pm 0.3\text{mg/l}$

%饱和度量程 $0\sim 200.0\%$

%饱和度精度 $\pm 5.00\%$

校准点1或2点

盐度补偿范围 $0\sim 35\text{g/l}$

大气压力设定 $450\sim 850\text{mmhg}$, $60.0\sim 112.5\text{kpa}$

温度补偿范围 $0\sim 40$

温度测量范围 $0\sim 100$ $32\sim 212\text{of}$

温度测量精度 ± 0.3 , $\pm 0.5\text{of}$

储存数据99组

通讯输出usb标准

电源类型 $9\text{v}/350\text{ma}$ 电源适配器

外形尺寸 $210(\text{l}) \times 188(\text{w}) \times 60(\text{h})\text{mm}$

仪器重量 1.7kg

本产品的品牌是上海般特，型号是Bante900，检测项目是多参数，类型是多参数水质分析仪