

# 血液透析包,透析,威海华诚医疗查看

产品名称	血液透析包,透析,威海华诚医疗查看
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:ZN1750
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

## 产品详情

威海华诚医疗公司一次性医用辅助透析包全国招商。

### 透析过程护理

#### 一般护理

- 1, 严密观察患者生命体征, 每小时测BP一次并同时记录TMP、每小时超滤量、肝素追加量等, 当患者出现发冷、发热、眩晕、出汗、呕吐症状时立即查BP并通知医生。
- 2, 密切观察处理各种透析环境的报警及机器故障如动脉压、静脉压的升高、降低, 透析液监测系统, 空气报警等。
- 3, 密切观察病人的整体状况如面色、意识有无改变, 对躁动不安者加强肢体固定, 防止穿刺针脱出漏出、渗血。
- 4, 提高超滤技术充分清除体内水分, 透析结束时达到干体重。
- 5, 微笑服务、脚步快捷, 随时观察意外发生, 收机时体外循环血液要回干净, 防止空气栓塞。

血流速度不准直接影响病人血流量。血流速度过慢, 血流量变少, 将会降低病人体内血液中废物的清除和脱水量, 透析不充分; 血流速度过快, 血流量变多, 病人将会心脏负担过重, 引起危险。因此血流速度是医护人员根据病人的病情来严格控制的, 维修工程师要用标准流量计经常对血透机血泵速度进行监测校准, 以保证绝对安全可靠。

### 病人透析并发症护理

在血液透析中并发症的发生迅速并危及患者生命，护士要有敏锐的观察力，眼急手快，沉着冷静，如有发现及时告知大夫，果断处理。

1，低BP:最常见，发生率50%~70%

2，指平均动脉压比透析前下降30mmHg以上或收缩压降至90mmHg以下，病人表现为出冷汗、恶心、呕吐，面色苍白，呼吸困难，心跳加快，重者意识丧失，甚至昏迷，立即停超滤、减慢血流量，打开泵前管小夹，关闭动脉管大夹，输注生理盐水100~200ml。

失衡综合征:表现头痛、恶心、呕吐、烦躁不安、肌肉痉挛，BP升高严重者惊厥、木讷、昏迷甚至死亡

发现后，根据医嘱输注高渗盐水40ml或50%GS40~60ml（糖尿病禁用）。

3，肌肉痉挛，老年人多见，腓肠肌多发，以痉挛性疼痛为主，局部按摩、热敷，必要时输注高渗盐水或高渗糖。在非糖尿病患者，首选高渗糖。