

# 大华仪表自动（电动）压力校验装置校验装置仪表

产品名称	大华仪表自动（电动）压力校验装置校验装置仪表
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大华仪表 型号:DH-YZ(D)J-T系列
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

## 产品详情

自动（电动）压力校验装置的详细资料：
--------------------

dh-yz(d)j-t压力自动校验装置是本公司最新研制成功的全量程压力自动检测系统。是集现代计量测试技术、

计算机技术、信息管理技术于一体的新一代计量标准校验装备。

本装置由专利技术的自动真空源、自动气压源、自动液压源及其压力调节系统构成全量程自动压力发生部

分;由多量程智能压力模块和智能化多功能精密数字压力计组成高精度标准压力部分;由pc机、专用数据采集卡、

打印机和精心编制反复调试的专用软件组成智能校验管理部分;辅以按规程标准编制的计量器具管理软件，综合

配备成了一套操作自动化、数据规程化、管理智能化、结果标准化的可溯源全量程压力自动校验设备。

dh-yz(d)j-t压力自动校验装置可对0.05级及以下准确度的指针式压力表、数字式压力表、压力变送器、差压变

送器、压力控制器等压力计量器具进行校验和量传，是装备现代压力实验室的理想设备。

## 二.执行规程

- jjg49-1999 弹簧管式精密压力表及真空表检定规程
- jjg52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程
- jjg882-2004 压力变送器检定规程
- jjg544-1997 压力控制器检定规程
- jjg875-2005 数字压力计检定规程
- jjg860-1994 压力传感器(静态)检定规程
- jjg573-2003 膜盒压力表检定规程
- jjg270-2008 血压计和血压表检定规程

## 三 . 技术指标

1、造压范围: 气压: (0~1) mpa

        液压: (0~60) mpa

        真空: (-95~0) kpa

2、测量范围: 压力:-95kpa~60mpa (多模块任意配置) 3、压力测量: 准确度 0.025%f • s 0.05%f • s

电压测量: (0~30) v (0~5) v 准确度: ± (0.01%rd + 0.005%f • s)

输 出: (0~15) v

准确度: ± (0.01%rd + 0.005%f • s)

电流测量: (0~30) ma

准确度： $\pm (0.01\%rd + 0.005\%f \cdot s)$

输出： $(0 \sim 30) \text{ ma}$

准确度： $\pm (0.01\%rd + 0.005\%f \cdot s)$  4、使用环境：温度： $(0 \sim 50)$

相对湿度： $< 95\%rh$

气压： $(86 \sim 106) \text{ kpa}$

5、供电： $220v \text{ ac } 50\text{hz}$

#### 四．压力校验装置特点

- 1、量程范围宽，在 $-95\text{kpa} \sim 60\text{mpa}$ 范围内多模块任意选配，控制覆盖面广。
- 2、高精度数字压力计单元独立，可单机工作，便于检验。
- 3、装置保留了手动独立检验功能，在脱机状态下，可通过面板键盘手动完成检验工作。
- 4、专用软件均按国家最新计量检定规程编写，且具有强大的计量管理和设备管理辅助功能。
- 5、装置内含多项专利技术，技术领先。
- 6、可拓展三通道检测功能，可同时检测三台压力仪表。

声明：产品外观以实物为准，产品发展有时会涉及技术标准的更改，以及外形的变化，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，品牌是大华仪表，型号是dh-yz(d)j-t系列，测量范围是 $0-40 (\text{ kpa})$ ，精度等级是 $\pm 0.005\%f.s$ ，环境温度是 $0-1300 ( )$ ，装箱数是1