

绝缘电阻计3452

产品名称	绝缘电阻计3452
公司名称	上海亿测电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市静安区 上海市大田路129弄1号A座20楼C室
联系电话	86 021 63230199/62177695/62178695 13917225353

产品详情

基本参数 3452-11 25 v dc (测试电压), 10 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.01 m- ~ 5 m- , 50 v dc ((测试电压), 10 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.01 m- ~ 5 m- , 100 v dc ((测试电压), 20 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.02 m- ~ 10 m-ohm, ac电压刻度及公差 0 ~ 150 v (50/60 hz) $\pm 5\%$ f.s. 3452-12 125 v dc ((测试电压), 20 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.02 m- ~ 10 m- , 250 v dc ((测试电压), 50 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.05 m- ~ 20 m- , 500 v dc ((测试电压), 100 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.1 m- ~ 50 m-ohm, ac电压刻度及公差 0 ~ 500 v (50/60 hz) $\pm 5\%$ f.s. 3452-13 250 v dc ((测试电压), 50 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.05 m- ~ 20 m- , 500 v dc ((测试电压), 100 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.1 m- ~ 50 m- , 1000 v dc ((测试电压), 2000 m- (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 指示刻度的 $\pm 5\%$ 在2 m- ~ 1000 m-ohm, ac电压刻度及公差 0 ~ 500 v (50/60 hz) $\pm 5\%$ f.s. 放电功能 有效 电源供应 r6p(aa) $\times 4$ 体积及重量 152宽 \times 95高 \times 47厚mm , 420g 9292测试探头(1) 9384携带盒(1) 安全等级 符合iec1010 , 污染度2 , 设备类型