

# 高级婴儿心肺复苏模拟人

产品名称	高级婴儿心肺复苏模拟人
公司名称	苏州同科科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州同科 型号:TK/CPR160
公司地址	苏州市吴中区胥江工业园区3-513
联系电话	0512-66267056 18963653597

## 产品详情

该产品根据新生儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等进行新生儿心肺复苏培训的理想产品。

执行标准：美国心脏学会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准 功能特点：

- 人工手指位胸外按压显示报警：1）按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm；  
2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 模拟标准气道开放显示。  
人工口对口呼吸（吹气）显示报警：1）吹入的潮气量 < 30ml-50ml < 指示灯显示及报警；  
2）吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；  
3）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作。

检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。 男婴、女婴任选