BJT-2Y氧气检测仪

产品名称	BJT-2Y氧气检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	3.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

BJT-2Y氧气检测仪它具有目前先进的生产工艺及技术水准，该仪器的氧电极膜片采用进口膜，仪器的线路采用先进的大、中规模集成电路及3位半LED高亮度数字显示器制造，它具有上限、下限数字拨盘预置设定，声光报警。上下限两路控制触电输出，自动稳零等功能，可使被控系统的氧含量在某一定给定的范围内。该仪器主要适用于医院大、中型高压氧舱内的氧含量测定和超限报警，（注：按中华医学会高压氧学会的要求在有条件的地方高压氧舱内氧含量应控制在25%以下，一般要求应控制在30%以下）；也用于工矿企业，船舱、坑道、煤矿、化工设备容器、内燃机排气、热电站、冶炼、锅炉、窑炉、环境保护监测，制氮机、富氧机、针剂质检、电解氢设备、潜艇、人造卫星、人防、宇航、粮食、烟叶、果品、蔬菜气调贮藏、医疗部门呼吸机、麻醉机等各种场合下氧含量测定，并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制。

主要参数 1.量程范围： Ⅰ 0~100%（分辨率千分之一）； Ⅱ 0~100%；0～10%（分辨率万分之一）； Ⅲ 0～100%；0～1%（分辨率万份之一）； 2.精度：±0.1（被测气体氧含量在0.1%～1%时）；（氧含量）±0.2%（被测气体氧含量在0～30%时）；±2%（被测气体氧含量在30%～100%时）； 3.检测量：0.01%； 4.响应时间：10秒（90响应20°C）； 5.电极寿命：①存放寿命两年左右（主要是电解液干）；②使用寿命：因环境的污染程度和气体处理是否干净而定。医院高压氧舱使用一般为一年左右；对化肥厂合成氨流程中使用在于处理干净的前提下能正常运行半年左右，（注：运行半年损坏主要是由于合成氨流程中气体成分复杂，氧电极污染所致，需要更换氧电极才能继续使用。） 6.气体流量：0.05L～0.3L／min; 7.稳 定性：48小时内漂移小于±1.5%（即0.3%氧含量）；15天内漂移2%（即0.4%氧含量）； 8.控制辅点容量：AC220V 2A； 9.报警点控制精度：末尾3个字； 10.使用温度：0～40°C； 11.相对湿度：＜95%； 12.电　源：220V±15%； 13.记录输出：0～10 mA或4～20mA； 14.功　耗：≤5W； 15.开孔尺寸：160×75mm； 16.重　量：1.8Kg