# HK-TH50L恒温恒湿箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | HK-TH50L恒温恒湿箱 |
| 公司名称 | 深圳市华凯通力仪器有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:华凯通力<br>型号:HK-TH50L |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道华侨新村西堤一巷14号813室 |
| 联系电话 | 0755-29611506 13530088114 |

# 产品详情

一．试样说明

本试验设备适用：
电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高、低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验。
本试验设备禁止： 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存。

二．容积和尺寸

标称内容积 内箱尺寸 外型尺寸50L W 35×H 45×H 300 mm W 750×H 1250×H 850 mm(不含凸出部分尺寸)

三．性能

测试环境条件 2.测试方法环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 GB/T 5170.2-2008

温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿度试验设备

温度范围－40°C～+150°C

温度波动度±0.3°C

温度偏差 6.温度变化速率±2.0°C 升温速率－40°C～ ＋150, ≤65°C/min
降温速率＋20°C～－40°C， ≤60°C/min 注：升降温速率按GB/T
5170.2-2008之8.4.6温度平均变化速率的计算方法

满足标准低温试验：GB/T2423.1—2001、IEC68-2-1 高温试验：GB/T2423.2—2001、IEC68-2-2
恒定湿热试验：GB/T2423.3—93、IEC68-2-78 交变湿热试验：GB/T2423.4—93、IEC68-2-30
高温试验：GJB150.3-1986 低温试验：GJB150.4-1986 湿热试验：GJB150.9-1986

四．结构特征

保温围护结构 外壁材料：冷轧钢板，表面喷塑处理 内壁材料：不锈钢板SUS304
箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料：玻璃纤维

空气调节通道风机、加热器、蒸发器、温度传感器

试验室体标准配置 引线孔：直径φ50mm 1个， 试样搁板：2个，承重（均布）:15kg
移动脚轮：4个

试验箱门 铰链单开门，1个 低温门框备防结露电热装置

观察窗 6.循环风机中空电热玻璃W353*H453mm（有效可视尺寸） 长轴电机＋多翼式离心风轮；

控制面板 温湿度控制显示屏、超温保护设定装置、运行指示灯、蜂鸣器

机械室机械室中包含： 制冷机组、接排水装置、配电控制柜、高低温循环风机、排风机

配电控制柜 散热风机 配电板 试样试验端子 RS-485 物理接口 总电源漏电断路器

加热器 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）

加湿器 加湿方式：水盆加热 加湿器材质:不锈钢铠装电热管
加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器） 加水方式：水泵提升
供水装置：抽屉式水箱。

更多疑问来电咨询：0755-29611506。