

大森201型COD氨氮测定仪

产品名称	大森201型COD氨氮测定仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

大森201型COD、氨氮测定仪

产品说明

产品简述：

该产品可直接测定COD及氨氮，COD是利用密封催化消解，然后进行比色法测量；氨氮是采用纳氏比色法进行测定。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。

技术参数：

COD测定参数：

- 1、测量范围：5~2000mg/L，超过2000mg/L可稀释测定
- 2、仪器误差： $\pm 5\%$
- 3、仪器重复性：3%

- 4、抗氯干扰：1200mg/L
- 5、单色波长：610nm
- 6、消解温度：165 ± 1.0
- 7、消解时间：10分钟
- 8、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移少于0.002A
- 9、批处理量：20个水样/次

氨氮测定参数：

- 1、测量范围：0.02-10mg/L
- 2、基本误差：± 3%(F.S)
- 3、最低检出限：0.01mg/L
- 4、最大功耗：400W
- 5、外形尺寸：主机：210 × 280 × 190mm（长 × 宽 × 高）

消解器：200 × 240 × 190mm（长 × 宽 × 高）

产品特点：

1. 利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。
2. 利用PID自动控制消解温度，温控精度高。
3. 双行液晶显示，操作简便。
4. 高温消解和比色（含主机）两部分分离，使得温度对光学部分影响达到最小。
5. 效率高，COD测定一次可消解20个水样，每批水样测定时间仅20分钟左右。
6. 内存8条工作曲线，可自行标定。可储存255个COD及100个氨氮带时间标签的测量数据
7. 数据断电不会丢失。

仪器配置：

主机1套（含消解器），消解管20支，比色管10支，比色皿2只，COD专用试剂1套（可测200个样），电源线2根，试管架一个，连接线1根，防护罩一个，说明书1份，合格证1份，保修卡1份。