

供应MR0702红外母乳分析仪

产品名称	供应MR0702红外母乳分析仪
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:道尔格 型号:DEG5236
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

供应 MR-0702红外母乳分析仪 MR-0702红外母乳分析仪 红外母乳分析仪价格
红外母乳分析仪

技术参数：

- 1、参考值：超范围提示功能。
- 2、检测原理：IR中红外技术。
- 3、检测时间：60秒/样本。 4、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳。
- 5、数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理。
- 6、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质。 7、自动分析系统：针对每份检测结果自动分析诊断并生成报告，可针对不同月龄、体重婴儿提供多阶段参考值并自动分析诊断。

8、系统功能：检测模块+自动分析模块+显示输出模块集成自动一体化设计 9、重 复

性： 0.05%，绝对值重复性 0.03%。 10、误

差： 0.1%，与国标方法（GB/T5413.3-2010）检测同一样品误差 0.1%。

11、清洗模式：一键自动清洗。 12、数据存储： 9999万条，预留接口可扩展。

13、输入功率： 200VA。 14、环境温度：10~40 。 15、环境湿度：30%~80%。 16、重

量： 20Kg。 17、样品体积： 5ml，防止不同段乳对测量结果的影响。 18、显

示：10.4寸液晶触控屏显示。

19、输出报告：A4中文报告单；双模板，自动分析检测结果并生成指导建议报告实时打印。

20、外接端口：USB、以太网端口。 21、提供母乳检测、乳母膳食营养科普宣传材料。

22、仪器规格：550mm×290mm×540mm。 23、电源电压：A.C.220±22V 50Hz。

24、具有中国医学装备协会专家论证适宜各级医疗机构使用的论证证书。

25、提供专业、全面、系统的临床应用方案培训、筛查应用方案指导。

26、数据统计：可对不同哺乳阶段、区域、年龄、胎次等产妇和不同月龄、性别、体重、孕周等婴儿的
乳汁检测结果进行分类统计。 联系人：陈经理 手机：18553715603

qq：2039582580 邮箱：2039582580@qq.com

地址：山东省济宁市高新区开源路11号