

S8039X建筑材料燃烧分解烟密度测定仪

产品名称	S8039X建筑材料燃烧分解烟密度测定仪
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8039X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8039X建筑材料燃烧分解烟密度测定仪

型号S8039X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8039X 建筑材料燃烧分解烟密度测定仪

GB/T8627、ASTM D2843、DIN4102标准要求，适用于建筑材料及其制品燃烧时静态产烟量的测定，也可用于其它固体材料燃烧时静态产烟量的测定。

3.1气源：纯度 95%丙烷气，或同等纯度的煤气；

3.2燃烧灯：为本生灯，长度260mm，喷嘴直径0.13mm，与烟箱成45°角；

3.3光电系统：光源为灯泡，功率15W，工作电压6V；

3.4排风系统：本机器装有强力排风扇，试验完后，能将废气排出室外；

3.5烟密度测量范围：0~100%；

3.6烟密度测量准确度：±3%；

3.7接收器：为硅光电池，完全遮挡透光率0%，无遮挡透光率100%（通过滤光片校准）；

3.8接收透镜焦距：60~65mm；

3.9主燃烧器工作压力：276KPa（可调）；

3.10辅助燃烧器压力：138KPa（可调）；

3.11试验启动自动计时，自动点火，光通量可自动校正；试验结束自动排烟；

3.12电脑控制，含透光率测量界面软件一套，可输出曲线报表，数据自动保存并可打印机；

3.13电源电压：AC220V ± 10% ， 50Hz ；

3.14最大使用功率：0.5 KW ；

设备结构

4.1本机器由燃烧箱、电控箱、电脑三部份组成；

4.2电控箱后方配有R232计算机接口，可直接面板操作，也可连接电脑操作，带数据打印机；

4.3燃烧箱尺寸：L300*W300*H790（mm）；

4.4设备外形尺寸：长*宽*高（800*500*900）mm；

4.5燃烧箱采用304不锈钢板，厚度1.2MM；

4.6设备重量：约35 Kg。