

# 高级数显洛氏硬度计，OHR-150DX

产品名称	高级数显洛氏硬度计，OHR-150DX
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌*测量范围::HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HR 型号*试验力::60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) 允许最大高度::220
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

## 产品详情

### OHR-150DX高级数显洛氏硬度计

#### 产品特点：

触摸屏界面，操作方便；开机即用，无需安装砝码，无需安装调试；电动加载，闭环控制；洛氏标尺，共15种；自动施加初负荷和主负荷；高、中、低三段硬度值自动修正；试验力自动修正，力的精度提高一个数量级；数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式转换，设置允许误差限，超限自动识别并报警；求平均值，均方差，最大最小值。更多的样品和试验信息；测量数据U盘保存为EXCEL格式，方便编辑和处理；采用模块式设计，维修方便。

#### 操作界面：

##### 主界面：

所有洛氏标尺，共30种：

高、中、低三段硬度值自动修正：  
试验力自动修正方式如下：

技术参数：

产品型号	THR-150DX
转换标尺	洛氏、布氏、维氏
保荷时间	0-60s
洛氏初试验力	10kgf ( 98N)
洛氏总试验力	60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N)
力值误差	小于0.5%
硬度测试范围	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV
硬度测量精度	0.5HR
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 ASTM E18
硬度读取	LCD显示
试件最大高度 ( mm )	220

压头中心到机壁距离 (mm)	200
数据输出	U盘
电源	AC220V
主机重量	约70kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块 (HRB、HRC高、HRC低)	各1块	大、中、V型试台	各1个
U盘	1个	防尘袋	1个