

# 纸面石膏板燃烧试验仪

产品名称	纸面石膏板燃烧试验仪
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	供应电源:AC220V ± 10%/50Hz 箱体内容积: 0.05m3 外形尺寸:(mm)610 (宽) × 350 (深) × 650(高)
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

## 产品详情

DX8375纸面石膏板遇火稳定性燃烧试验仪

**适用范围：**

纸面板遇火稳定性燃烧试验仪主要适用于纸面石膏板遇火状态时的热稳定性。 **主要参数：**

纸面石膏板遇火稳定性燃烧试验仪主要由试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调度，试验外壳及重要部件采用不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。

供应电源：AC220V ± 10%/50Hz（可以定其它电源规格）

气源：试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(建议选用气质较好的燃气，用户自备)

双燃烧器，内径为 9.5mm ± 0.5mm，长约100mm，有空气调节孔。火焰长度方便调节，可从20mm调至100mm

火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节，试验过程自动控制。

箱体内容积 0.05m3

外形尺寸(mm)610 (宽) × 350 (深) × 650(高)

**符合标准：**纸面石膏板遇火稳定性燃烧试验仪是根据国家最新标准GB/T9775-2008 ISO6308《纸面石膏板》6.5.15遇火稳定性的测定技术要求而研制的产品。