

# 冷却水测温仪

产品名称	冷却水测温仪
公司名称	北京信兆科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:信兆 型号:XZ-T01B 信兆:XZ-T01B
公司地址	中国 北京市 海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场D座4009室
联系电话	400-663-8180 18911077121

## 产品详情

### 冷却水测温仪XZ-T01B 高炉冷却水测温

#### 一. 概述

XZ-T01B型便携式冷却水测温仪是XZ-T01系列最高档产品。用于测量炼铁高炉冷却水温度和温差，实现了进水温度基准设定，具有温度/温差显示功能，省去了记录温度和计算温差的工作，既降低了劳动强度，又保证了数据准确性。并且具备了背光功能，方便客户夜间使用。

本设备具有防水罩设计，外形美观，超低功耗，不开背光情况下单节电池可连续工作半年。

本设备具有精度高、功耗低、反应快、功能强等特点。

#### 二. 技术指标

测量范围：0.00~99.99

测量精度：0.06

分辨率：0.01

反应时间：0.5秒

稳定时间：<7秒

传感器件：Pt1000

供电方式：1节3.6V锂电池

工作功耗：<0.5mA

待机功耗：3uA

显示尺寸：50 × 22mm液晶屏

外形尺寸：80cm

外形材料：不锈钢杆和铝壳

整体重量：0.5kg

### 三．使用说明

开关机功能：本设备开关机、背光  
开关功能为复合按键。长按“开关/背光”复合按键大于2秒，实现开关机功能。

背光开关功能：按“  
开关/背光”键小于2秒，实现背光打开或者关闭切换功能。

基准选择：将设备钩头浸入进水管处，显示稳定  
后，按下“进水基准  
”键，将当前温度作为基准温度。设备进入待机状态重启后保持原基准值，如需更改基准值请重复上述  
步骤。更换电池后基准值消失，请按需求再行设定。

显示选择：基准选择  
后，按下屏幕下方“温度/温差”选择键，可实现温度或温差的选择显示。

本设备3分钟内没有使用自动进入睡眠状态，长按“  
开关/背光”键重新启动。

更换电池后重启设备显示当前版本2秒钟进入工作状态。

设备保管：设备使用完后切入关机状态挂于墙上；若长期不用请将电池取出。

### 四．注意事项

1. 严禁测量超过100 的物体。

2. 严禁私自拆装此设备。

3. 严禁将此设备长时间至于高温或者浸泡在具有腐蚀性液体中。

4. 使用过程中，设备内和手柄内进水后，立即用干布将水擦拭干净。

5. 不用时注意关闭设备电源；亮度较高时注意关闭背光，注意节电。

6. 当设备屏幕显示出现闪烁或者字体显示不清时，即为电池电量不足，请及时更换电池。

7. 当设备开机后屏幕显示“ Erro ”,表示设备读取传感器信号错误，检查传感器连接。

## 五．质量保证

在您完全按本手册规定正常使用本设备的情况下，本设备若出现故障，我公司将为您提供自购买之日起：一个月内出现质量问题免费更换，一年内有限责任保修服务。

对于下列情况造成设备故障或损坏，不在免费保修之列，我公司将酌情收取相应费用。

1)设备超过保修期限；

2)未按本手册要求安装及使用设备；

3)私自拆卸设备；

4)自然灾害等不可抗力(如火灾等)

#### 六. 装箱清单：

序号	名称	数量	单位
1	冷却水测温仪	1	台
2	用户手册	1	份
3	合格证	1	份
4	保修卡	1	份

电话：18911077121