酶标分析仪标准物质

产品名称	酶标分析仪标准物质
公司名称	深圳市世纪经典检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区销售热线:15914142916
联系电话	86-15914142916 15914142916

产品详情

酶标分析仪标准物质由吸光度标准物质、波长标准物质及灵敏度标准物质组成。标准定位架采用积木式结构，易于标准物质定值及仪器校准。

GBW(E)130521波长标准物质用于检定/校准酶标分析仪的波长示值误差及波长重复性

主要技术性能：

标称波长：405nm、450nm、492nm、620nm

峰值透射比大于40%，半宽度<8.0nm

峰值波长不确定度：1.0nm

GBW(E)130234酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质

吸光度标准物质用于检定/校准酶标分析仪吸光度准确度示值误差及吸光度重复性、通道差等

主要技术性能：

标称吸光度值：0.2、0.5、1.0、1.5

定值波长：405.0nm、450.0nm、492.0nm540．0nm、620.0nm

吸光度不确定度：0.005

GBW(E)130520灵敏度标准物质用于检定/校准酶标分析仪灵敏度

吸光度标称值：0.03

定值波长：405.0nm、450.0nm、492.0nm 540.0nm、620.0nm

吸光度不确定度：0.005